

Προς,  
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47  
106 76 ΑΘΗΝΑ

Γραφείο Προμηθειών

Αθήνα, 08/07/2019, εξ3211/ΚΤ/κν

**ΑΦΟΡΑ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της 08/07/2019 για την προμήθεια  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (4<sup>η</sup> ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)**

Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή σας αποστέλλουμε τις προτάσεις της εταιρείας μας όσον αφορά την πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: Συστήματα προσδιορισμού ομάδων αίματος, αυτόματα.

Στην αρχική σας φράση, σας προτείνουμε να προσδιορίσετε για τα ζητούμενα συστήματα την επιθυμητή μεθοδολογία, η οποία θα πρέπει να είναι αποδεκτή από το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου σας, διαφορετικά θα πρέπει να ζητηθεί επίδειξη λειτουργίας των προσφερομένων συστημάτων προς επικύρωση της αξιοπιστίας τους, από τους ειδικούς επιστήμονες της αιμοδοσίας. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε : << Ο ίδιος ή διαφορετικοί προμηθευτές-χορηγητές να προσφέρουν ένα (1) ή δύο (2) συστήματα με διαφορετική μεθοδολογία μεταξύ τους, που να βασίζεται στη δοκιμασμένη από το Τμήμα Αιμοδοσίας τεχνική της μικροπλάκας>. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να αναφέρετε << Ο ίδιος ή διαφορετικοί προμηθευτές-χορηγητές να προσφέρουν ένα (1) ή δύο (2) συστήματα με διαφορετική μεθοδολογία μεταξύ τους, αποδεκτή από το Τμήμα Αιμοδοσίας . Το ένα εξ αυτών να στηρίζεται στην τεχνολογία μαγνητισμένων ερυθροκυττάρων σε μικροπλάκα>>.

Επειδή είναι ιδιαίτερα σημαντικό για κάθε εργαστήριο ανοσοαιματολογίας η εικόνα των αποτελεσμάτων που λαμβάνεται από την κάμερα του αναλυτή να έχει τη δυνατότητα παρουσίασης των συγκολλήσεων, τόσο με σταυρούς, όσο και με ποσοστό συγκόλλησης, προκειμένου να ερμηνεύεται αντικειμενικά και ορθά το αποτέλεσμα της συγκόλλησης, σας προτείνουμε να συμπληρώσετε την εξής προδιαγραφή: << Να αποθηκεύει την εικόνα των αποτελεσμάτων με δυνατότητα παρέμβασης. Η εικόνα που λαμβάνεται από την κάμερα του αναλυτή να παρουσιάζει σταυρούς και ποσοστό συγκόλλησης>>. Η εν λόγω προδιαγραφή περιλαμβάνεται σε όλους τους

αξιόπιστους κατασκευαστές, καθώς αποτελεί ισχυρότατο μέσο κατά τη διαγνωστική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

Επιπρόσθετα σας προτείνουμε, τουλάχιστον για το ένα σύστημα, να στηρίζεται σε τεχνολογία που δεν διαθέτει την αναγκαιότητα φυγοκέντρησης κατά τη διεξαγωγή προσδιορισμού των εξετάσεων, προκειμένου να εκμηδενιστεί η πιθανότητα λήψης εσφαλμένου αποτελέσματος των ζητούμενων παραμέτρων.

Στον πίνακα Α.1 σας προτείνουμε στο Α/Α 1 να διαφοροποιηθεί ως εξής << ΑΒΟ/Rh ομάδων αίματος με ταυτόχρονο διπλό προσδιορισμό δύο κλώνων D και της Α1 υποομάδας>>, καθώς με έναν προσδιορισμό υπάρχει η δυνατότητα λήψης αποτελέσματος τόσο για την ομάδα όσο και για υποομάδες του αντιγόνου Α (Α1, Α2). Με αυτόν τον τρόπο επίσης, δεν είναι αναγκαία η δαπάνη για τον Α/Α 7 (Προσδιορισμός Α1 Υποομάδας)

Επίσης, σας προτείνουμε στον πίνακα Α.1 να αφαιρεθεί ο Α/Α 7, καθώς ο προσδιορισμός υποομάδας θα προσδιορίζεται μέσω των αντιδραστηρίων και των αναλωσίμων για τον κωδικό Α/Α 1 ή να ζητείται προαιρετικά προκειμένου να μην αποκλειστούν αξιόπιστοι κατασκευαστές στον τομέα της ανοσοαιματολογίας που επί πολλά χρόνια έχουν δοκιμαστεί και καταξιωθεί από τις Αιμοδοσίες Ελληνικών και όχι μόνο νοσοκομείων .

Πάντοτε στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία - διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ

  
ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ  
Λ. ΠΑΛΗΚΟΥΡ 64 ΑΘΗΝΑ 115 23  
Α.Φ.Μ. 999723663 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΤΗΛ.: 210 6926370 - FAX: 210 6926371