

Προς
«Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»

Κοινοποίηση:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Email: bioiatriki2002@yahoo.com

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020

Θέμα: **Παρατηρήσεις/προτάσεις εταιρείας ΑΝΤΙΣΕΛ-Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε. για τη Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για «Προμήθεια Αντιδραστηρίων-Αυτοαντισωμάτων» με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 27/3/2020**

Η εταιρεία μας ΑΝΤΙΣΕΛ-Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε., σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης του φορέα, για κατάθεση παρατηρήσεων επί της διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών, παραθέτει τις παρατηρήσεις/προτάσεις της για τα αναφερόμενα είδη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA (I)

Σχετικά με τις παρακάτω αναφερόμενες προδιαγραφές που αναφέρονται στη διαβούλευση:

- «8. Πλαστικό ρύγχος διανομής μιας χρήσης για την αποφυγή επιμολύνσεων».

Η εταιρεία μας προτείνει την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής «8» για λόγους υγειούς ανταγωνισμού και να διατυπωθεί ως εξής:

«8. Ο αναλυτής να χρησιμοποιεί είτε αυτοπλενόμενες πιπέτες διανομής είτε πλαστικό ρύγχος διανομής μια χρήσης για την αποφυγή επιμολύνσεων»

Η επιλογή του πλαστικού ρύγχους αποκλείει εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτοπλενόμενες πιπέτες διανομής, έτσι ώστε αφενός να ελαχιστοποιείται το κόστος της χρήσης πλαστικών ρυγχών μιας χρήσης και αφετέρου να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις λόγω πλυσίματος με ειδικό πλυστικό μετά από κάθε διανομή.

Σχετικά με την παρακάτω αναφερόμενη προδιαγραφή που αναφέρεται στη διαβούλευση:

- «11. Επώαση σε ξεχωριστό θάλαμο και να συνοδεύεται με τουλάχιστον 4 θαλάμους επώασης με επιλογή εύρους θερμοκρασίας και επιλογή ανάδευσης της πλάκας»

Η εταιρεία μας για λόγους υγειούς ανταγωνισμού προτείνει η προδιαγραφή «11» να επαναδιατυπωθεί ως εξής:

«11. Ο αναλυτής να διαθέτει την επιλογή επώασης σε 4 θαλάμους επώασης με επιλογή της θερμοκρασίας και προαιρετική η δυνατότητα ανάδευσης αν αυτή απαιτείται από το πρωτόκολλο εφαρμογής της ζητούμενης εξέτασης»

Η επιλογή της ανάδευσης αποκλείει εταιρείες, των οποίων τα πρωτόκολλα των ζητούμενων εξετάσεων ολοκληρώνονται χωρίς να είναι απαραίτητη η ανάδευση, βάση των οδηγιών του κατασκευαστή. Η ανάδευση είναι επιθυμητή μόνο για αναλυτές που ολοκληρώνουν τα ζητούμενα πρωτόκολλά υποχρεωτικά κατόπιν ανάδευσης. Άρα η προαιρετική δυνατότητα επιτρέπει την συμμετοχή περισσοτέρων εταιρειών.

Σχετικά με την παρακάτω αναφερόμενη προδιαγραφή που αναφέρεται στη διαβούλευση:

- «13. Φωτόμετρο τουλάχιστον 4 φίλτρων (405-450-490-630 nm) με δυνατότητα προσθήκης επιπλέον φίλτρων. Οπτικό εύρος (OD) 0.000-3.000 OD.»

Η εταιρεία μας για λόγους υγειούς ανταγωνισμού προτείνει η προδιαγραφή «13» να επαναδιατυπωθεί ως εξής:

«13. Φωτόμετρο τουλάχιστον 4 φίλτρων. Το φωτόμετρο να έχει φίλτρα κατάλληλα για τις μετρήσεις των ζητούμενων εξετάσεων ELISA. Να αναφερθεί ο αριθμός και το μήκος κύματος των φίλτρων καθώς και το οπτικό εύρος.»

Η προδιαγραφή αποκλείει εταιρείες, οι αναλυτές των οποίων διαθέτουν φωτόμετρο που χρησιμοποιεί και άλλα κατάλληλα φίλτρα, για τις μετρήσεις του συνόλου των εξετάσεων ανίχνευσης αυτοαντισωμάτων με τη μέθοδο ELISA, βάση των οδηγιών του κατασκευαστή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ELISA (II)

- «6. Να λειτουργεί με πλαστικά ρύγχη μιας χρήσης για την αποφυγή επιμολύνσεων.»

Η εταιρεία μας προτείνει την επαναδιατύπωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής για λόγους υγειούς ανταγωνισμού και να διατυπωθεί ως εξής:

«6. Ο αναλυτής να χρησιμοποιεί είτε αυτοπλενόμενες πιπέτες διανομής είτε πλαστικό ρύγχος διανομής μια χρήσης για την αποφυγή επιμολύνσεων»

Η επιλογή του πλαστικού ρύγχους αποκλείει εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτοπλενόμενες πιπέτες διανομής, έτσι ώστε αφενός να ελαχιστοποιείται το κόστος της χρήσης πλαστικών ρυγχών μιας χρήσης και αφετέρου να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις λόγω πλυσίματος με ειδικό πλυστικό μετά από κάθε διανομή.

- «8. Να διαθέτει τα φίλτρα 405nm, 450nm, 490nm, 620nm».

Η εταιρεία μας προτείνει την επαναδιατύπωση της προδιαγραφής «8» για λόγους υγειούς ανταγωνισμού και να διατυπωθεί ως εξής:

«8. Φωτόμετρο τουλάχιστον 4 φίλτρων. Το φωτόμετρο να έχει φίλτρα κατάλληλα για τις μετρήσεις των ζητούμενων εξετάσεων ELISA. Να αναφερθεί ο αριθμός και το μήκος κύματος των φίλτρων που διαθέτει ο αναλυτής.»

Η προδιαγραφή αποκλείει εταιρείες, οι αναλυτές των οποίων διαθέτουν φωτόμετρο που χρησιμοποιεί και άλλα κατάλληλα φίλτρα, για τις μετρήσεις του συνόλου των εξετάσεων ανίχνευσης αυτοαντισωμάτων με τη μέθοδο ELISA, βάση των οδηγιών του κατασκευαστή.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

ΑΝΤΙΣΕΛ - ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 12ο χλμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

ΚΙΡΙΟ SPECTRA - 570 01 ΘΕΡΜΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 231 0322525

ΑΟΗΝΑ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 116 - 115 27 ΙΛΙΣΙΑ

ΤΗΛ. 210 7795980

ΑΦΜ: 091569759 - ΔΙΔ: 014 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δημήτρος Γκούμας

Προϊστάμενος Εξυπηρέτησης Πελατών