



Προς
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ.
Υψηλάντου 45-47
106 26 Αθήνα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Υπ' όψιν κ. Β. Α. ΓΚΕΡΓΚΗ

Tηλ.: 213-2045950 / 210-7201642 / 210-7209458
fax. 210-7291807
mailto: bioiatriki2002@yahoo.com

Αθήνα, 26-06-2012

Θέμα: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ.

Αξιότιμοι Κύριοι,

Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τις Παρατηρήσεις επί της διαβούλευσης για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών σε εξετάσεις του τμήματος ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ - ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ του Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΪΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ DNA/RNA

Θεωρούμε ότι ο συνδυασμός κάποιων προδιαγραφών με τον τρόπο που διατυπώνονται αφορούν συγκεκριμένα συστήματα και με τις οποίες δεν μας επιτρέπουν να προσφέρουμε στη συγκεκριμένη ομάδα αναλυτών. Για την αποφυγή λοιπόν περιορισμού του ανταγωνισμού και για λόγους ίσης μεταχείρισης ζητάμε την τροποποίηση των παρακάτω προδιαγραφών όπως σας αναφέρουμε στα κάτωθι.

Στην προδιαγραφή 4 ζητείται: «Να απομονώνει νουκλεϊνικά οξέα (DNA – RNA) από πλήρες αίμα, κατεψυγμένο αίμα, πρωτεΐνες, καθώς επίσης και από άλλα βιολογικά υλικά (buffy coat, ιστός, κότταρα, ορός, πλάσμα). Να γίνει πλήρης αναφορά υλικών που δύναται να απομονώσει». Στην συγκεκριμένη προδιαγραφή ο όρος «πρωτεΐνες» αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό συγκεκριμένου αναλυτή, με συνέπεια να αποκλείει συγκεκριμένα πολύ αξιόπιστα συστήματα από την διαδικασία του Διαγωνισμού, περιορίζοντας τον υγιή ανταγωνισμό. Επιπλέον, με δεδομένο ότι η κύρια ροή εργασίας του εργαστηρίου αφορά την HLA τυποποίηση για την οποία το εργαστήριο χρησιμοποιεί μέθοδο στην οποία απαιτείται DNA και όχι πρωτεΐνες, ζητάμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: «Να απομονώνει νουκλεϊνικά οξέα (DNA – RNA) από πλήρες ή/και κατεψυγμένο αίμα, καθώς επίσης και από άλλα βιολογικά υλικά (buffy coat, ιστός, κότταρα, ορός, πλάσμα). Να γίνει πλήρης αναφορά υλικών που δύναται να απομονώσει για να αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν ανάλογα.

1/2

Στην προδιαγραφή 8 ζητείται: «Κατάλληλη συσκευασία των προς χρήση αντιδραστηρίων, τα οποία θα είναι έτοιμα προς χρήση και προδιανεμημένα σε ειδικές κασέτες, έτσι ώστε να μην απαιτείται παρέμβαση του χρήστη». Επειδή ο όρος «προδιανεμημένα σε ειδικές κασέτες» αφορά χαρακτηριστικό συγκεκριμένων μηχανημάτων, γεγονός που περιορίζει τον ανταγωνισμό ζητάμε την τροποποίησή της προδιαγραφής ως εξής:

«Κατάλληλη συσκευασία των προς χρήση αντιδραστηρίων, τα οποία θα είναι έτοιμα προς χρήση». Να αναφερθούν χαρακτηριστικά τα οποία θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν ανάλογα».

Επίσης για την προδιαγραφή 22 που ζητείται «Πέραν των προεγκαταστημένων πρωτοκόλλων να είναι δυνατή η δημιουργία πρωτοκόλλων με παραμέτρους οι οποίες καθορίζονται από το χρήση (π.χ. αύξηση ή μείωση του χρόνου λύσης των κυττάρων)», ζητούμε να τροποποιηθεί ως εξής. «Θα εκτιμηθεί και βαθμολογηθεί ανάλογα η δυνατότητα δημιουργίας νέων πρωτοκόλλων με παραμέτρους που θα καθορίζονται από τον χρήστη. Να δοθούν παραδείγματα».



Με εκτίμηση,

Δρ. Δέσποινα Μακρή
Επικεφαλής Τομέα Μοριακής Διάγνωσης,
Ιστολογικής Διάγνωσης & Εφαρμοσμένης Έρευνας