

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΑΜΠΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ
ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 70° 7mm
ΤΥΠΟΥ Α2

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
1.	ΓΕΝΙΚΑ	
1.1.	Άκαμπτο εξεταστικό λαρυγγοσκόπιο ψυχρού φωτισμού, σύγχρονης τεχνολογίας, ανθεκτικό στις καταπονήσεις, κατάλληλο για εξέταση ρουτίνας του λάρυγγα.	
2.	ΤΕΧΝΙΚΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
2.1.	Τελευταίας τεχνολογίας	Ναι, να αναφερθεί η ημερομηνία κατασκευής του.
2.2.	Μικρού βάρους	Ναι, να αναφερθεί
2.3.	Υλικό	Ανοξείδωτο, φινιρισμένο χειρουργικό ατσάλι
2.4.	Ολικό μήκος	Να αναφερθεί
2.5.	Μήκος εργασίας	≥160mm
2.6.	Εξωτερική διάμετρος οπτικής	7mm περίπου
2.7.	Διεύθυνση οράσεως	Πρόσθια
2.8.	Γωνία οράσεως	70°
2.9.	Πεδίο οράσεως	Ευρυγώνιο. Να αναφερθεί (μοίρες)
2.10.	Προσοφθάλμιο	Να παρέχει υψηλής ποιότητας εικόνα με εξαιρετική αντίθεση
2.11.	Πλήρως στεγανό	Ναι και να μπορεί να παραμείνει εντός απολυμαντικού υγρού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.
2.12.	Απολύμανση / Αποστείρωση	Ναι, κλιβανιζόμενο, να γίνει αναλυτική αναφορά.
3.	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
3.1.	Σύνδεση/συμβατότητα με πηγή Ψυχρού φωτισμού-που διαθέτει το Εξ. ΩΡΛ Ιατρείο μέσω καλωδίων	Ναι, πηγή ψυχρού φωτισμού του οίκου OLYMPUS μοντέλο OTV-SI. Αν δεν δύναται η συμβατότητα να προσφερθούν προσαρμογείς (adapters) ή καλώδιο σύνδεσης με τον παραπάνω εξοπλισμό, ή να προσφερθούν πηγή ψυχρού φωτισμού συμβατή με τον προσφερόμενο εξοπλισμό.
3.2.	Δυνατότητα σύνδεση με αυτοφερόμενη πηγή φωτισμού	Αν διατίθεται η δυνατότητα να αναφερθεί.

3.3.	Άλλα χαρακτηριστικά	Να αναφερθούν.
4.	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ	
4.1.	Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.	
4.2.	Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).	
4.3.	Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά πλήρης τιμοκατάλογος των απαιτούμενων για τη λειτουργία της συσκευής αναλωσίμων, υλικών και ανταλλακτικών σταθερή τιμή για πέντε (5) έτη.	
4.4.	Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνά τις 60 ημερολογιακές ημέρες.	
4.5.	Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 τελευταίας έκδοσης και ISO 13485 τελευταίας έκδοσης και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)	
4.6.	Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001 τελευταίας έκδοσης ή EN ISO 13485 τελευταίας έκδοσης, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485 τελευταίας έκδοσης, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)	
4.7.	Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32/16.01.2004 του Υπουργείου Υγείας. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)	
4.8.	Σε περίπτωση αφαίρεσης της εξουσιοδότησης του κατασκευαστικού οίκου ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τον προμηθευτή, για παροχή ανταλλακτικών - συντηρήσεων - τεχνικής υποστήριξης - εγγυήσεων κλπ. και εντός της δεκαετίας, θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με τους ίδιους ζητούμενους όρους μέχρις συμπλήρωσης της δεκαετίας τουλάχιστον.	
4.9.	Δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης	

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

A/A :

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	
ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ	:
ΤΥΠΟΣ	:
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ	:

ΟΜΑΔΑ	ΚΡΙΤΗΡΙΑ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ	ΒΑΘΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΑΝΑΓΩΓΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ	ΒΑΘΜΟΣ ΟΜΑΔΟΣ	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜ/ΓΙΑ	ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
A	Τεχνικά χαρακτηριστικά	30 %					
	Λειτουργικά χαρακτηριστικά	30 %					
	Επιπλέον χαρακτηριστικά	10 %					
B	Έγγυηση καλής λειτουργίας	10 %					
	Στοιχεία Τεχν. Υποστήριξης (service-αντ/κτικά)	10 %					
	Εκπαίδευση προσωπικού	10 %					

ΑΞΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	:
ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	:
ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ	:

Η Επιτροπή