



ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΥΠ' ΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ, 09/10/2018

ΘΕΜΑ: 1^η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την
Προμήθεια ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΩΡΛ

Κύριοι,

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 14/01/03-10-2018 πρόσκλησης του Νοσοκομείου σας σχετικά με την 1^η Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΩΡΛ, σας παραθέτουμε τις παρατηρήσεις – προτάσεις μας.

Αναλυτικότερα,

Προτείνεται:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Σύγχρονης τεχνολογίας	Το εξεταστικό μικροσκόπιο να είναι τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονης σχεδίασης, άριστης οπτικής ποιότητας, με LED φωτισμό και να έχει σχεδιαστεί ειδικά για την ωτορινολαρυγγολογία (ΩΡΛ).
Βάση έδρασης	Να διαθέτει τροχήλατη βάση δαπέδου σε σχήμα Η με τέσσερις τροχούς και φρένα.
Ο παντογραφικός βραχίονας να διαθέτει σύστημα ισορροπίας	Να διαθέτει αρθρωτό παντογραφικό βραχίονα δυο τμημάτων με



για ακινητοποίηση στο επιθυμητό κάθε φορά σημείο	δυνατότητα ελεύθερης σταθεροποίησης κεφαλής.
---	---

ΚΕΦΑΛΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ	
Αντικειμενικός φακός	Να διαθέτει πρόσθιο αποχρωματικό αντικειμενικό φακό 250 χιλ.
Να διαθέτει προσοφθάλμιο φακό, με δυνατότητα ρύθμισης της πιθανής ανισομετροπίας των χειριστών	Να διαθέτει ευθεία ελαστικά ευρυγώνια προσοφθάλμια τμήματα διεθνών προδιαγραφών 10x (εναλλακτικά 12,5x ή 16x), με προσαρμοζόμενες διόπτρες -6 +6.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	
Φωτεινότητα	φωτεινότητας 120.000-150.000 lux
Διάρκεια ζωής	διάρκεια ζωής 50.000

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία.

Με εκτίμηση,
Δια την **ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ ΕΠΕ**

ΓΕΤΡΙΜΕΝΤ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΕ
ΑΝΑΡΑΪΣΕΩΣ 6 • ΜΕΤΣ / Τ.Κ. 11636 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 095279575 • ΣΤΟΥ: 12' ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 9219160 • 210 9234957 • 210 9234958
ΦΑΞ: 210 9212460 • info@getremed.gr