

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΔΙΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ**

A/A	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
1.	<b>ΓΕΝΙΚΑ</b>	
1.1.	Τροχήλατο τραπεζίδιο με συρτάρι και ντουλάπι, ανοξείδωτο, στιβαρής κατασκευής, εύκολα μετακινούμενο, κατάλληλο για χρήση σε Οδοντιατρικό Ιατρείο.	
2.	<b>ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
2.1.	Τροχήλατο	Ναι, εύκολο στη μετακίνηση
2.2.	Διαστάσεις ύψος x πλάτος x μήκος (σε mm)	80cm περίπου x 50m περίπου x 70cm περίπου
2.3.	Βάρος (σε Kgr)	Να αναφερθεί
2.4.	Υλικό	Μεταλλικό, ανοξείδωτο
2.5.	Προστατευτικό γείσο	Ναι στην επάνω επιφάνεια εργασίας για αποφυγή πτώσης εργαλείων και υλικών, ύψους 2-3cm περίπου
2.6.	Συρτάρια	Ναι, ένα (1) κάτω από την επάνω επιφάνεια εργασίας με ύψος 10cm περίπου
2.7.	Ντουλάπια	Ναι, ένα (1) κάτω από το συρτάρι, με εσωτερικό διαχωριστικό που να μοιράζει το χώρο σε δύο (2) ράφια ύψους 30cm περίπου το επάνω ράφι και 40cm περίπου το κάτω ράφι.
2.8.	Κλειδαριά	Αν είναι δυνατόν στο συρτάρι και στο ντουλάπι
2.9.	Τροχοί	Τέσσερις (4), οι δύο με φρένο
3.	<b>ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
3.1.	Επιπλέον χαρακτηριστικά	Να αναφερθούν
4.	<b>ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</b>	
4.1.	Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη.	
4.2.	Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ).	
4.3.	Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνά τις 60 ημερολογιακές ημέρες.	
4.4.	Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 τελευταίας έκδοσης και ISO 13485 τελευταίας έκδοσης και το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)	

4.5.	Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001 τελευταίας έκδοσης ή EN ISO 13485 τελευταίας έκδοσης, με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485 τελευταίας έκδοσης, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
4.6.	Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/ΦΕΚ 32/16.01.2004 του Υπουργείου Υγείας. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
4.7.	Δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης

2η Διαβούλευση ΒΤΤ Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ