



# ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



**ΠΡΟΣ:**

**Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"**  
**ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**  
**Τηλ: 2132045988**

**Θεσσαλονίκη, 13-09-2017**

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια του αιτήματός σας για υποβολή παρατηρήσεων επί των Τεχνικών Προδιαγραφών του υπό προμήθεια μηχανήματος: "**Υπερηχοτομογράφος Φορητός Νεφρολογικής Χρήσης**", θα θέλαμε να λάβετε υπόψη σας τις κάτωθι παρατηρήσεις:

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate)	≥ 700 f/sec	≥ <b>1.200 f/sec</b>
Βάθος σάρωσης	≥ 30 cm	≥ <b>40 cm</b>
Έγχρωμη TFT οθόνη	≥ 15"	≥ <b>13"</b>

**ΚΕΝΤΡΙΚΟ:**

Παν. Δεξιάς 3

546 35 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 245.421

Fax: 2310 245 011

M.A.E.: 37204/62/B/96/290

A.Φ.Μ.: 094512503

Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε Θεσσαλονίκης

Μετοχικό Κεφάλαιο:

440.000,00 €

mail: papoudis@papoudis.gr

[www.papoudis.gr](http://www.papoudis.gr)

Επιπρόσθετα παρακαλούμε όπως ενσωματώσετε στις Τεχνικές Προδιαγραφές και υπό την Ενότητα ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ τον όρο:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Ενεργές θύρες	Καμία	≥ <b>2</b>

Πρόθυμοι για την παροχή κάθε άλλης πληροφορίας, διατελούμε,

**ΥΠΟΚ/ΜΑ:**

Κούπα 37 & Μπαιρακτάρη

115 26 Αθήνα

Τηλ.: 210 67.29.444

Fax: 210 67.74.693

Μετά τιμής για την  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

**ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.**  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  
ΕΔΡΑ: ΠΑΝ. ΔΕΞΙΑΣ 3- 546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ. 2310 245 421 - FAX: 2310 245.011  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΚΟΥΠΑ 37 - Τ.Κ. 11526 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. 210 6729444 - 210 6729445  
ΑΦΜ/094512503 - ΜΑΕ 37204/62/Β/96/290 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

**Μίμης Αληχανιδης**  
Υπεύθυνος Πωλήσεων

