

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΡΕΤ**

| A. | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
|-----------|---|---|
| 1. | Χρήση | Κατάλληλο για την παρασκευή και αποθήκευση ραδιοφαρμάκων για ΡΕΤ. |
| 2. | Θωράκιση | Ναι, να αναφερθεί το πάχος της και το υλικό κατασκευής |
| 3. | Ακτινοπροστασία | Πάχος ισοδύναμης θωράκισης μολύβδου τουλάχιστον 25mm Μείωση του ρυθμού δόσης στην επιφάνεια κατά 500 φορές περίπου |
| 4. | Μέγεθος φιαλιδίων | 30ml |
| 5. | Άθραυστο | Ναι |
| 6. | Εύκολη απολύμανση | Ναι, σε περίπτωση ραδιομόλυνσης |
| 7. | Διαστάσεις | Να αναφερθούν |
| 8. | Βάρος | Να αναφερθεί |
| B. | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | |
| 1. | Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) έτη. | |
| 2. | Να κατατεθεί αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης προς τις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές με αντίστοιχες παραπομπές στα επίσημα φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου (prospectus, product data, manual κλπ). | |
| 3. | Να αναφερθεί ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνά τις 60 ημερολογιακές ημέρες. | |
| 4. | Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει σύστημα ποιότητας EN ISO 9001:15 ή EN ISO 13485:16 με πεδίο πιστοποίησης την διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και EN ISO 13485:16, με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). | |
| 5. | Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001:15 ή ISO 13485:16, το προσφερόμενο είδος να φέρει πιστοποιητικό CE. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά). | |
| 6. | Να υπάρχει η δυνατότητα επίδειξης εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης. | |