

I.M. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.

Προς:

ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. Πρωτ: 027/18

Αθήνα, 23/02/2018

Θέμα: Σχόλια επί της Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών σε εξετάσεις του τμήματος Αιμοδοσίας (β' φάση της διαβούλευσης).

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με την Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων για την κάλυψη των αναγκών σε εξετάσεις του τμήματος Αιμοδοσίας στην ενότητα 2.2. Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΑ (τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος με τεχνική γέλης ή μικροσφαιρίδια) θέλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

- 1) Το εργαστήριο Αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού έχει αυξημένο όγκο καθημερινής εργασίας. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να αναφέρονται ελάχιστα όρια αποδεκτής παραγωγικότητας (π.χ. 30 διασταυρώσεις /ώρα). Επίσης θα πρέπει να οριστεί η ελάχιστη χωρητικότητα του υποδοχέα δειγμάτων για εφάπαξ φόρτωση (πχ 30 δείγματα) και να τίθεται ένα κάτω αποδεκτό όριο για αυτόνομη λειτουργία του αναλυτή (πχ 80 διασταυρώσεις με επιβεβαίωση ομάδας / ημέρα) χωρίς να απαιτείται επανατροφοδότηση του αναλυτή με αντιδραστήρια ή αναλώσιμα.
- 2) Η μέγιστη χωρητικότητα φόρτωσης ≥ 24 αντιδραστήρια : η λέξη αντιδραστήρια πρέπει να αντικατασταθεί από τη λέξη δείγματα. Προφανώς υπονοείται ελάχιστη χωρητικότητα και όχι μέγιστη. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται ότι σε χρονικά διαστήματα αιχμής θα πρέπει ο αναλυτής να εξασφαλίζει επαρκή δυνατότητα φόρτωσης. Οι 24 κατ' ελάχιστον θέσεις θα πρέπει κατά τη γνώμη μας να θεωρηθούν ανεπαρκείς με δεδομένο ότι κάθε δοκιμασία συμβατότητας ενός ασθενούς με δύο μονάδες ερυθρών και αντίστοιχη επιβεβαίωση ομάδας θα δεσμεύσει 3 θέσεις και κατά συνέπεια δεν μπορούν να φορτωθούν εφάπαξ περισσότερες από 16 διασταυρώσεις.
- 3) Για την ασφάλεια των αποτελεσμάτων να επισημανθεί ότι στο τέλος της διαδικασίας η εικόνα κάθε αντίδρασης θα διαβάζεται και από τις δύο πλευρές της κασέτας θα ακολουθεί η ερμηνεία του αποτελέσματος και οι εικόνες μαζί με τα αποτελέσματα θα αποθηκεύονται στον αναλυτή.

ΑΘΗΝΑ: Γαργετού & Αχέροντος 1, 153 43 Αγ. Παρασκευή

Τηλ.: 210 60 72 700 , Fax: 210 60 72 760, e-mail: info@jmkyriakidis.gr • www.jmkyriakidis.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αμουλιανής & Κουνουπιώτου 2, 553 37 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 231 094 83 31, 231 094 83 41, Fax: 231 094 83 41, e-mail: thessaloniki@jmkyriakidis.gr





- 4) Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές θα μπορούν να συμπεριλάβουν στην προσφορά τους όλες τις δυνατές εξετάσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει ο αναλυτής.
- 5) Στα επείγοντα δείγματα και για τις ζητούμενες εξετάσεις να οριστεί ο χρόνος έκδοσης πρώτου αποτελέσματος (πχ 20 λεπτά).
- 6) Να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης για επικύρωση των αποτελεσμάτων από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.
- 7) Να περιγραφούν οι διαδικασίες με τις οποίες ο αναλυτής εξαλείφει τις πιθανές επιμολύνσεις σε δείγματα και αντιδραστήρια.
- 8) Ο αναλυτής να έχει τη δυνατότητα για λόγους οικονομίας, να χρησιμοποιεί μερικώς χρησιμοποιούμενα αντιδραστήρια (κάρτες).

Με εκτίμηση,

Ι. Μ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΓΑΡΥΤΤΑΥ & ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ 1
153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ. 210 6072700 FAX: 210 6072770
ΑΦΜ: 094128820 ΔΟΥ: ΦΑΦ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ