

Προς,  
1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΜΙΑΤΡΕΙΟ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47  
106 76 ΑΘΗΝΑ

Γραφείο Προμηθειών

Αθήνα, 14/02/2019, εξ2468/ΚΤ/κν

**ΑΦΟΡΑ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της 17/02/2019 για την προμήθεια  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΜΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ**

Κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή σας αποστέλλουμε τις προτάσεις της εταιρείας μας όσον αφορά την πρόσκληση υποβολής τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια: Συστήματα προσδιορισμού ομάδων αίματος αιμοδοσίας.

Στην αρχική σας φράση σας προτείνουμε να προσδιορίσετε για τα ζητούμενα συστήματα την επιθυμητή μεθοδολογία, η οποία να είναι αποδεκτή από το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου σας. Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε : << Ο ίδιος ή διαφορετικοί προμηθευτές-χορηγητές να προσφέρουν δύο (2) συστήματα με διαφορετική μεθοδολογία. Το ένα εξ αυτών να στηρίζεται στην τεχνολογία μαγνητισμένων ερυθροκυττάρων σε μικροπλάκα>>.

Στην προδιαγραφή # 2, κατά τη γνώμη μας παρατηρούνται κάποιες ασάφειες ως προς τον προσδιορισμό των ζητούμενων παραμέτρων. Σας προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής: << ... να προσδιορίζει ABO/Rh ομάδα αίματος, ανάστροφη ομάδα, συμβατότητα, επιβεβαίωση ομάδα αίματος ABD, ποιοτικός προσδιορισμός του D weak, φαινότυπος Rhesus, υποομάδα A1, έμμεση δοκιμασία Coombs (antibody screening), ταυτοποίηση μη αναμενόμενων αντισωμάτων, άμεση δοκιμασία Coombs, με ενσωματωμένους αντιορούς στις μικροπλάκες, προκειμένου να αποφεύγεται κάθε πιθανότητα επιμολύνσεων.>>

Στην προδιαγραφή # 4 στο σημείο που αναφέρεται η διασταύρωση σε Coombs και ένζυμο σας προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής: <<... Πλήρης δοκιμασία συμβατότητας ( συμβατότητα ABD δότη-δέκτη, διασταύρωση και άμεση Coombs)>>, καθώς διασταύρωση με ένζυμο δεν έχει πρακτική εφαρμογή για τον έλεγχο συμβατότητας.

Στην προδιαγραφή # 5 προτείνουμε να αφαιρέσετε τα επείγοντα δείγματα, καθώς δεν έχει ουσιαστική αξία η εφαρμογή τους σε αυτόματο σύστημα ομάδων αίματος .

Στην προδιαγραφή # 8 όπου ζητείται αυτόματη ανίχνευση διαμέτρου σωληναρίων σας προτείνουμε να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί ως εξής: << Να δέχεται σωληνάρια διαφορετικών διαστάσεων>>, προκειμένου να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός κατά την διαγωνιστική διαδικασία..

Επίσης στην προδιαγραφή # 8, που ζητείται ανίχνευση πήγματος αίματος και φυσαλίδων σας προτείνουμε να διαμορφωθεί ως εξής:<< ανίχνευση πήγματος αίματος και ινικής, καθώς επίσης και ανίχνευση στάθμης υγρού>>, προκειμένου να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός κατά την διαγωνιστική διαδικασία.

Στην προδιαγραφή # 9 σας προτείνουμε να προσδιορίσετε για ποιες δοκιμασίες ζητούνται συγκεκριμένα ποσοστά εναιωρήματος ερυθροκυττάρων διαφορετικά καλό θα είναι να εκλείψουν από το σημείο 9B, προκειμένου να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός κατά την διαγωνιστική διαδικασία.

Επίσης στην προδιαγραφή # 9 σας προτείνουμε να εκλείψει η τελευταία φράση που αναφέρει.... αυτόματη αναγνώριση μεγέθους προκειμένου να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός κατά την διαγωνιστική διαδικασία.

Σχετικά με την προδιαγραφή # 10 σας προτείνουμε να αφαιρεθεί, διατηρώντας μόνο το σημείο που αναφέρει << προσδιορισμός χαμηλού όγκου δείγματος >> προκειμένου να αναπτυχθεί υγιής ανταγωνισμός κατά την διαγωνιστική διαδικασία.

Επιπρόσθετα σας προτείνουμε, τουλάχιστον για το ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται στην τεχνολογία μαγνητισμένων ερυθροκυττάρων σε μικροπλάκα, να μην έχει αναγκαιότητα φυγοκέντρησης κατά τη διεξαγωγή προσδιορισμού των εξετάσεων, προκειμένου να εκμηδενιστεί η πιθανότητα λήψης εσφαλμένου αποτελέσματος των ζητούμενων παραμέτρων.

Πάντοτε στην διάθεσή σας για κάθε πληροφορία - διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για την ΝΕΑ ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ

**Νέα ΕΠΙΜΕΝΤ ΜΕΠΕ**  
Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64 ΑΘΗΝΑ 115 23  
Α.Φ.Μ. 999723263 - ΔΟΥ: ΨΥΧΙΚΟΥ  
ΤΗΛ.: 210 6926370 - FAX: 210 6926371