



Προς :

ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 03 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ 141/19

Θέμα: Σχόλια επί της 3ης διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για τα συστήματα προσδιορισμού ομάδων αίματος.

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με την 3^η διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για τα συστήματα προσδιορισμού ομάδων αίματος θέλουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

1) Να διευκρινιστεί στον πίνακα Α.1. ποιες εξετάσεις προορίζονται για έλεγχο αιμοδοτών και ποιες για έλεγχο ασθενών. Η αναφορά αυτή είναι σημαντική γιατί μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση τόσο των ζητούμενων τεχνικών χαρακτηριστικών των συστημάτων σε θέματα που αφορούν χωρητικότητα σε δείγματα, παραγωγικότητα, κλπ. όσο και των ζητούμενων εξετάσεων (πχ για τους ασθενείς, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, δεν απαιτείται ο έλεγχος ABO Rh ομάδας αίματος με προσδιορισμό RhD για την ανίχνευση (DVI+) και (DVI-).

2) Να οριστεί η παραγωγικότητα του αναλυτή και για άλλες εξετάσεις εκτός του ABO-Rhesus. Συγκεκριμένα με βάση τον πίνακα των ζητούμενων εξετάσεων εκτός από τον καθορισμό ομάδας αίματος ζητούνται και άλλες εξετάσεις σε μεγάλο αριθμό όπως πχ ο καθορισμός φαινοτύπου Rhesus και η δοκιμασία coombs. Για την καλύτερη σύγκριση των αναλυτών που θα προσφερθούν από διαφορετικούς προμηθευτές θα ήταν σκόπιμο να τεθεί μια ελάχιστη απαίτηση παραγωγικότητας τόσο για μεμονωμένες εξετάσεις όσο και για κάποιους συνδυασμούς αυτών.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνηση και πληροφορία.

Με εκτίμηση,

I. M. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΣΛΑΓΩΓΕΣ
ΓΑΡΥΤΤΟΥ & ΑΧΕΡΟΝΤΟΣ
153 43 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΗΛ. 210 6072700 FAX: 210 6072770

ΜΙΧΑΗΛ – ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ