

1445/ΔΠρ/ΣΜ/ΔΤ

Μελίσσια, 07.06.2016

Προς το

Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Υψηλάντου 45 – 47

Αθήνα, Τ.Κ. 106 76

**ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας
(Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας)**

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

(Στολή Ακτινοπροστασίας τύπου ΦΟΥΣΤΑ-ΓΙΛΕΚΟ)

Κύριοι,

Κατόπιν της από 2.6.2016 ανάρτησης τεχνικών προδιαγραφών για **στολή ακτινοπροστασίας τύπου φούστα γιλέκο** και συμμετέχοντας στην διαβούλευση αυτών, παρακάτω ακολουθούν οι προτάσεις μας:

Για την πληρέστερη διασφάλιση της ποιότητας των ποδιών ακτ/σίας που θα προμηθευτεί το νοσοκομείο σας μέσω διαγωνισμού, σας προτείνουμε τις παρακάτω προδιαγραφές ως επιπρόσθετες των προδιαγραφών της διαβούλευσης:

1. Εγγύηση 2 χρόνια εφ' όσον τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.
2. Πιστοποίηση ISO, CE και FDA. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά.
3. Πιστοποιητικό ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet) της σύστασης του ακτινοπροστατευτικού υλικού της στολής.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία.

Για την εταιρεία

Νίκος Ζιούλης
Πρόεδρος Δ.Σ.