

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΤΟΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ**

Σ.Β.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
ΣΤΟΛΗ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ			
%	A/A	Α. ΓΕΝΙΚΑ	
		Στολή ακτινοπροστασίας κατάλληλη για την προστασία των χειριστών και του προσωπικού από τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών που εκπέμπονται από ακτινολογικό-ακτινοσκοπικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.	
%		Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
	1.	Σήμανση CE	Ναι, να πληρούν τα διεθνή standards.
	2.	Τύπος	Ποδιά με ολόσωμη κάλυψη εμπρός και χιαστί δέσιμο στην πλάτη.
	3.	Διαστάσεις	Οι στολές ακτινοπροστασίας θα πρέπει να παραδοθούν εξατομικευμένες στην σωματική διάπλαση των χρηστών. Να προσφερθούν όλες οι διαστάσεις προς επιλογή (small, medium, large)
	4.	Υλικό θωράκισης	Να εξασφαλίζει την μέγιστη ελαστικότητα της στολής ενώ παράλληλα να επιτυγχάνεται το μικρότερο βάρος. Μολυβδόχο ή άλλου τύπου. Να αναφερθεί.
	5.	Ισοδύναμο πάχος μολύβδου	Να είναι περιμετρικής κάλυψης με ισοδύναμη θωράκιση μολύβδου 0,5 mm Pb στην πρόσθια επιφάνεια και 0,25 mm Pb στην οπίσθια.
	6.	Μέγιστη αποδεκτή πυκνότητα υλικού	6 kg/m ² για ισοδύναμη προστασία 0,5mmPb ή 3 kg/m ² για ισοδύναμη προστασία 0,25mmPb.
	7.	Πιστοποιητικά επιφανειακής πυκνότητας και ισοδύναμης απορροφητικότητας	Να κατατεθούν (επί ποινή αποκλεισμού).
	8.	Καθαρισμός	Επικάλυψη από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που να καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα.
	9.	Να συνοδεύεται από την κατάλληλη κρεμάστρα	Ναι