

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟΥ-ΚΟΛΑΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

Σ.Β.	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		
ΠΕΡΙΛΑΙΜΙΟΥ-ΚΟΛΑΡΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ			
%	A/A	Α. ΓΕΝΙΚΑ	
		Περιλαίμιο-κολάρο ακτινοπροστασίας κατάλληλο για την προστασία θυρεοειδούς των χειριστών και του προσωπικού από τις επιβλαβείς επιδράσεις των ιοντιζουσών ακτινοβολιών που εκπέμπονται από ακτινολογικό-ακτινοσκοπικό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.	
%		Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
	1.	Διαστάσεις	Θα πρέπει να παραδοθούν εξατομικευμένα στην σωματική διάπλαση των χρηστών.
	2.	Υλικό θωράκισης	Να εξασφαλίζει την μέγιστη ελαστικότητα ενώ παράλληλα να επιτυγχάνεται το μικρότερο βάρος. Μολυβδόυχο ή άλλου τύπου. Να αναφερθεί.
	3.	Τρόπος κλεισίματος- κάλυψη	Να αναφερθεί. Να καλύπτει επαρκώς το άνω όριο του ακτινοπροστατευτικού γιλέκου ή της στολής ακτινοπροστασίας.
	4.	Ισοδύναμο πάχος μολύβδου	Θα πρέπει να παρουσιάζουν ισοδύναμη θωράκιση μολύβδου 0,5 mm Pb.
	5.	Πιστοποιητικά επιφανειακής πυκνότητας και ισοδύναμης απορροφητικότητας	Να κατατεθούν (επί ποινή αποκλεισμού).
	6.	Καθαρισμός	Επικάλυψη από υλικό ανθεκτικό, μη απορροφητικό, που να καθαρίζεται και να πλένεται εύκολα.