

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ**  
**ΤΥΠΟΥ Α**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                    |                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Σ.Β.<br>(%)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                    | <b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ<br/>ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ<br/>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ</b>                                                       |
| %                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ &amp; ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ</b>                   |                    |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Εργαλείο καθοδήγησης για εκτέλεση<br/>αναισθησίας χαμηλών ροών</b> | <b>-</b>           | <b>Ναι</b>                                                                                               |
| <b>Σχόλιο:</b> Προτείνεται η προσθήκη της εν λόγω προδιαγραφής η οποία πληρείται από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές αναισθησιολογικών μηχανημάτων ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αναισθησιολογικά μηχανήματα θα μπορούν να εκτελούν αναισθησία με τις χαμηλότερες δυνατές ροές. |                                                                       |                    |                                                                                                          |
| %                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>ΟΘΟΝΗ</b>                                                          |                    |                                                                                                          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Μέγεθος</b>                                                        | <b>≥ 15 ίντσες</b> | <b>≥ 19 ίντσες</b>                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Φάκελος ασθενή</b>                                                 | <b>-</b>           | <b>Ναι με πρόσβαση σε<br/>σύστημα φάκελου ασθενή<br/>μέσω ενσωματωμένου<br/>συστήματος - υπολογιστή.</b> |
| <b>Σχόλιο:</b> Προτείνεται η προσθήκη της εν λόγω προδιαγραφής η οποία πληρείται από όλους τους μεγάλους κατασκευαστές αναισθησιολογικών μηχανημάτων και μόνιτορ ώστε να διασφαλιστεί ότι τα αναισθησιολογικά μηχανήματα θα μπορούν να συνδέονται σε φάκελο ασθενή.             |                                                                       |                    |                                                                                                          |

Για την Draeger Hellas A.E.

Με εκτίμηση

Γιώργος Ανέστης  
Διευθυντής Πωλήσεων  
Medical Division

**DRAEGER HELLAS A.E.**  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ  
Α.Φ.Μ.: 997799268 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 009151101000  
ΤΗΛ. 210 2821 809 FAX: 210 2821 214

**Draeger Hellas A.E**

Ελευθ. Βενιζέλου 150,  
ΤΚ 142 31, Νέα Ιωνία  
Ελλάδα  
Τηλ: +30 210 2821809  
Fax: +30 210 2821214

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)

**Draeger Hellas S.A**

150, El. Venizelou str  
142 31, Nea Ionia  
Greece  
Tel: +30 210 2821809  
Fax: +30 210 2821214

[www.draeger.com](http://www.draeger.com)