

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΝΕΥΡΟΔΙΕΓΕΡΤΗ**

1.	Σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ. Να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας
2.	Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg)	Να αναφερθούν
3.	Εύκολη χρήση	Ναι, να αναφερθεί
4.	Λειτουργία	Με μπαταρία. Να αναφερθεί αναλυτικά
5.	Μέθοδοι διέγερσης	Να διαθέτει κατ' ελάχιστο τις παρακάτω διεγέρσεις :
		α) Train of Four (4 παλμοί) , στα 2 Hz με εύρος παλμού 200μs και χρονικό διάστημα 500ms μεταξύ των παλμών
		β) Double Burst Stimulation 3:2, με εύρος παλμού 200μs, χρονικό διάστημα 20ms μεταξύ των παλμών και διάρκεια 750ms μεταξύ των 2 σειρών παλμών
		γ) Post Tetanic Count, με εύρος παλμού 200μs και διάστημα tetanic 20ms
		δ) Continuous στο 1Hz, με εύρος παλμού 200μs και χρονικό διάστημα 1sec μεταξύ των παλμών
6.	Οπτική και ακουστική ένδειξη σωστής λειτουργίας	Να περιγραφεί
7.	Εύκολος καθαρισμός και απολύμανση	ΝΑΙ, να αναφερθεί

**ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ