

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΓΕΝΙΚΑ

Επιτοίχιο Ροόμετρο οξυγόνου με υγραντήρα για χρήση στις Ανανήψεις των Χειρουργείων του Νοσοκομείου με απευθείας σύνδεση στην κεντρική παροχή του νοσοκομείου.

Το σύστημα να περιλαμβάνει :

1. Ροόμετρο
2. Υγραντήρα

ΡΟΟΜΕΤΡΟ		
1	Ποιότητα κατασκευής	Υψηλής με μεγάλη ανθεκτικότητα σε κτυπήματα και πτώσεις από ανοξείδωτο μέταλλο ώστε να εξασφαλίζεται ηλεκτρική αγωγιμότητα μεταξύ εισόδου και εξόδου της συσκευής.
2	Διαστάσεις (mm)	Να αναφερθούν
3	Βάρος (Kg)	Να αναφερθεί
4	Συνεχή ρύθμιση της ροής μέσω περιστροφικού ρυθμιστή	0 έως 15 L / min περίπου
5	Διάταξη μέτρησης ροής	Υψηλής ακρίβειας, να περιγραφεί
6	Διάταξη συνεχούς ρύθμισης της παροχής	Υψηλής ακρίβειας
7	Κατάλληλο για την τοποθέτηση στις υποδοχές του νοσοκομειακού δικτύου	ΝΑΙ
8	Δυνατότητα σύνδεσης με υγραντήρα ή νεφελοποιητή	ΝΑΙ
9	Ταχυσύνδεσμο απλής και ασφαλούς χρήσης	ΝΑΙ
10	Θέσεις-έξοδοι	Δυο (2), εξαιρείται η θέση off-για νεφελοποιητή και μάσκα O ₂ (επιθυμητό)
ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ		
11	Διαστάσεις (mm)	Να αναφερθούν
12	Βάρος (Kg)	Να αναφερθεί
13	Ένδειξη ελάχιστης και μέγιστης στάθμης του νερού	ΝΑΙ
14	Διαφανής για την παρακολούθηση του διερχόμενου οξυγόνου	ΝΑΙ

15	Ανθεκτικής κατασκευής από άθραυστο υλικό	ΝΑΙ
16	Ύγρανση του O ₂	Να αναφερθεί η όλη διαδικασία και θα αξιολογηθεί
17	Δυνατότητα αποστείρωσης	ΝΑΙ ,να περιγραφεί ο τρόπος
18	Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά κατάλογος των αναλωσίμων και ανταλλακτικών για το παραπάνω είδος.	

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ