

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Σετ επιτοίχιων αναρροφήσεων σύγχρονης τεχνολογίας για χρήση τις Ανανήψεις των Χειρουργείων του Νοσοκομείου με δυνατότητα απευθείας σύνδεσης στην κεντρική λήψη του νοσοκομείου.

Το σετ να περιλαμβάνει :

1. Ρυθμιστή ύψους κενού (Μανόμετρο)
2. Δοχείο υπερχειλίσης
3. Δοχείο αναρρόφησης και ειδική βάση επιτοίχια

ΣΕΤ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

1	Ρυθμιστή ύψους κενού (μανόμετρο) συνοδευόμενο από φιάλη υπερχειλίσης, μικρής χωρητικότητας και βαλβίδα ασφαλείας, υψηλής ποιότητας κατασκευής	ΝΑΙ
2	Διαστάσεις (mm)	Να αναφερθούν
3	Βάρος (Kg)	Να αναφερθεί
4	Μανόμετρο ακριβείας	Ένδειξη από 0-1000 mbar
5	Διακόπτης κενού (ON-OFF) ή μπουτόν	Υψηλής ποιότητας κατασκευής
6	Περιστροφικός επιλογέας ρύθμισης κενού	Υψηλής ποιότητας κατασκευής, με εύρος από 0 έως -0,8 bar περίπου
7	Εύρος αναρροφητικής ικανότητας	0-55 (l/min) περίπου
8	Ένταση κενού	-5 έως -80 (kPa) περίπου
9	Σύστημα ασφαλείας κατά της υπερχειλίσης	Ναι. Να περιγραφεί
10	Το σύστημα του ρυθμιστή να συνδέεται απ' ευθείας στη λήψη κενού, με απλή περιστροφική κίνηση.	ΝΑΙ
11	Να είναι μεταλλικής ανοξείδωτης κατασκευής	ΝΑΙ
12	Να έχει δυνατότητα αντικατάστασης των εξαρτημάτων (αποσπώμενα)	ΝΑΙ
13	Εύχρηστη φιάλη συλλογής με καπάκι και βαλβίδα ασφαλείας, χωρητικότητας έως 2 λίτρα περίπου και να αποστειρώνεται.	ΝΑΙ. Να αναφερθεί το υλικό και ο τρόπος αποστείρωσης
14	Ειδική βάση επιτοίχια στερέωσης του δοχείου αναρρόφησης	ΝΑΙ, υψηλής ποιότητας κατασκευής.
15	Τα τμήματα του σετ αναρρόφησης, που επιμολύνονται και χρειάζονται αποστείρωση, να αποσυνδέονται εύκολα, για να μπορούν να αποστειρωθούν	ΝΑΙ. Να περιγραφεί αναλυτικά

16	Δυνατότητα χρήσης σάκων μιας χρήσης	ΝΑΙ
17	Η εγκατάσταση, θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή	ΝΑΙ