

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΝΑΝΗΨΗΣ

Σ.Β. (%)	ΓΕΝΙΚΑ	
	Επιτοίχια κονσόλα κατασκευασμένη από άριστα υλικά ειδική για χρήση σε χώρους ανάνηψης. Αποτελούμενη από χώρους τοποθέτησης αερίων και ρευματοληπτών και ενός καθέτου συστήματος ανάρτησης εξοπλισμού καθώς και κατάλληλων ραφιών και βραχιόνων για την τοποθέτηση του εξοπλισμού της ανάνηψης. Κατάλληλη για την μεγιστοποίηση του ωφέλιμου χώρου και την ασφαλή πρόσβαση στον ασθενή περιμετρικά. Να καλύπτει τα πρότυπα 60601-1 . 60601-1-2 , ISO 11197	
	Δυνατότητες ανάρτησης	
	Αναπνευστήρα	ΝΑΙ (Να περιγραφεί ο τρόπος ανάρτησης)
	Μόνιτορ	ΝΑΙ με βραχίονα πολύσπαστο τουλάχιστον 500 χιλιοστά
	Αντλίες έγχυσης	ΝΑΙ (να περιγραφεί ο τρόπος ανάρτησης)
	Ροόμετρα και αναρροφήσεις	ΝΑΙ σε ράγες ή απευθείας στην λήψη
	Μέγιστο βάρος εξοπλισμού	Τουλάχιστον 130 κιλά
	Μέγεθος	
	Μέγιστο Ύψος	Το πολύ 1.5 μέτρο
	Παροχές	
	Ρευματολήπτες με καπάκι και ηλεκτροστατικές γειώσεις.	12 (6 από Δίκτυο και 6 από UPS)
	Αέρας 3.5 bar περίπου γαλλικού τύπου AFNOR. ¹	2
	Οξυγόνο γαλλικού τύπου AFNOR. ¹	3
	Κενό γαλλικού τύπου AFNOR. ¹	3
	Υποδοχές για μελλοντική εγκατάσταση.	2
	Data	4 θύρες RJ45
	Κάθε σύστημα να περιλαμβάνει	
	Ράφι με συρτάρι και ράγες	ΝΑΙ
	Ράφι με ράγες	ΝΑΙ
	Βραχίονα Μόνιτορ	ΝΑΙ (πολύσπαστο) να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα
	Βραχίονα ή αντίστοιχο σημείο στήριξης αντλιών έγχυσης ικανό να καλύψει 6 αντλίες έγχυσης ή σύστημα αντλιών.	ΝΑΙ (Να περιγραφεί)

	Σύστημα διαχείρισης καλωδίων	ΝΑΙ σε τέσσερα σημεία τουλάχιστον.
	Φωτισμός επί της κονσόλας	
	Φωτισμός Άνωθεν της κλίνης	ΝΑΙ ελεγχόμενος από διακόπτη επί της κονσόλας
	Φωτισμός Χώρου - νύχτας	ΝΑΙ ελεγχόμενος από διακόπτη στο δωμάτιο.
	Βοηθητικό εξεταστικό φωτισμό	ΝΑΙ τεχνολογίας LED Με βραχίονα πολύσπαστο τουλάχιστον 30.000 LUX σε ράγα
	Στατώ ορού	ΝΑΙ τοποθετημένο σε ράγα υπό γωνία για να φτάνει πλησίον της επιφάνειας του ασθενούς

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ