

ΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙ
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 55 82 700
Fax 210 67 20 444

Γ.Ν.Α. «**Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ** – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»
Υψηλάντου 45-47
106 76 ΑΘΗΝΑ
Γραφείο Προμηθειών

E67/ΦΧ

Ασπρόπυργος, 4 Φεβρουαρίου 2016

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών αναπνευστήρα τύπου Γ

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια ανάρτησης για την διαπραγμάτευση των τεχνικών προδιαγραφών αναπνευστήρων, σας αποστέλλουμε τις προτάσεις μας.

ΣΒ(%) – Γ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

- Ρυθμίσεις παραμέτρων αερισμού

Πίεση Υποστήριξης (PS)

Το άνω όριο της πίεσης υποστήριξης 50cmH₂O είναι υπερβολικό. Θα μπορούσε να κατέβει κατά 10 μονάδες δηλαδή 40 cmH₂O τουλάχιστον

Νέες τεχνολογίες

Θα μπορούσαν να προσφερθούν προαιρετικά και κατ' επιλογήν οι παρακάτω δυνατότητες

1. Μέτρηση EtCO₂
2. Δυνατότητα «υβριδικής» παροχής οξυγόνου δηλαδή εκτός από το δίκτυο του νοσοκομείου (~4,5 bar) και από παροχή χαμηλής πίεσης (<1,5 bar) όπως συμπυκνωτές οξυγόνου, δοχεία υγρού οξυγόνου κτλ, οπότε κατά περίπτωση να μπορεί να επιλεχθεί το ένα από τα δύο προς χρήση

3. Δυνατότητα για χορήγηση υψηλών ροών O₂ (έως 60lpm) δια μέσου ρινικής διάταξης ή τραχειοτομής για αντιμετώπιση ιδιαίτερων παθήσεων και καταστάσεων όπου μεγάλες ροές O₂ απαιτούνται. Η εν λόγω θεραπεία χρησιμοποιείται στο εξωτερικό και υπάρχει και εξειδικευμένη συσκευή με ενσωματωμένο υγραντήρα που χορηγεί τέτοιες υψηλές ροές σε αντίστοιχα υψηλό κόστος.

Μένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,



Φάνης ΧΑΣΑΠΗΣ