

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

Σ.Β. (%)			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
1. Να είναι μικρού σχετικά όγκου και βάρους	<5 κιλά	<5,5 κιλά	
Σχόλιο: Η διαφορά στην προδιαγραφή δεν επηρεάζει την λειτουργικότητα της συσκευής ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στην εταιρεία μας να συμμετέχει στο διαγωνισμό.			
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
3. Χρόνος πλήρους φόρτισης μπαταριών από το δίκτυο	≤ 4 ώρες	≤ 5 ώρες	
Σχόλιο: Η διαφορά στην προδιαγραφή δεν επηρεάζει την λειτουργικότητα της συσκευής ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στην εταιρεία μας να συμμετέχει στο διαγωνισμό.			
Δ. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ			
1. Όγκος αναπνοής	50-2000 ml	≤ 100 - 2000 ml	

Draeger Hellas A.E

Ελευθ. Βενιζέλου 150,
ΤΚ 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com

Draeger Hellas S.A


150, El. Venizelou str
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com

Σχόλιο: Τα 50 ml απαιτούνται μόνο για την διακομιδή νεογνών. Εφόσον το νοσοκομείο σας δεν διαθέτει ανάγκη για μεταφορά νεογνών. Ως εκ τούτου η αλλαγή σε ελάχιστο όγκο αναπνοής τα 100 ml επιτρέπει την κάλυψη όλων των ασθενών του νοσοκομείου σας. Προτείνουμε την εν λόγω αλλαγή για την διασφάλιση ευρύτητας συμμετοχής.

Για την Draeger Hellas A.E.

Με εκτίμηση


Γιώργος Ανέστης
Διευθυντής Πωλήσεων
Medical Division

DRAEGER HELLAS A.E.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 150, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ
ΑΦ.Μ.: 997799268 Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 009151101000
ΤΗΛ. 210 2821 809 FAX: 210 2821 214

Draeger Hellas A.E

Ελευθ. Βενιζέλου 150,
ΤΚ 142 31 , Νέα Ιωνία
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

150, El. Venizelou str
142 31 , Nea Ionia
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com