

Αθήνα, 22 Μαΐου 2020  
Αρ. Πρωτ.: 1022/22-05-2020

ΠΡΟΣ ΤΟ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47  
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΩΝ-  
ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ

Αξιότιμες Κυρίες Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της 1<sup>ης</sup> Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών του Τμήματος Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας που αφορούν την προμήθεια Κυτταρομετρητή Ροής για Ανάλυση Λευχαιμιών-Λεμφωμάτων-Μεταμοσχεύσεων, θα θέλαμε να επανεξετάσετε τις ακόλουθες παρατηρήσεις ώστε να συμβάλλουν στη διασφάλιση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ**

##### **ΖΗΤΕΙΤΑΙ**

##### **Προδιαγραφή Γ6**

“Ευαισθησία Να αναφερθεί η ευαισθησία των FITC, PE, PC5 η οποία να είναι τουλάχιστον  $\leq 120\text{MESF}$ .”

##### **Απάντηση:**

Εάν είναι επιθυμητή η ευαισθησία και ενός τρίτου φθοριοχρώματος θα θέλαμε να γίνει αποδεκτή η τιμή οποιουδήποτε άλλου τρίτου φθοριοχρώματος με την μέθοδο μέτρησης της ευαισθησίας QR.

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ**

Για όλα τα είδη από α/α 1-145 θα θέλαμε να ζητείται μόνο η συνολική ποσότητα των εξετάσεων και όχι ενδεικτική ποσότητα (συσκευασιών) η οποία διαφέρει από εταιρία σε εταιρία, καθώς κατά την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών το πρόγραμμα καταχώρησης προσφορών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ δεν επιτρέπει την εισαγωγή ειδών στο σύστημα εάν δεν συμπίπτει η ζητούμενη ποσότητα με την προσφερόμενη.

**A/A 64**

Για το είδος CD24-APC-Alexa Fluor 750 α/α 64 ως εταιρία διαθέτουμε συσκευασία των 100 τεστ. Καθώς κατά την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών το πρόγραμμα καταχώρησης προσφορών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ δεν επιτρέπει την εισαγωγή ειδών στο σύστημα εάν δεν συμπίπτει η ζητούμενη ποσότητα με την προσφερόμενη θα θέλαμε η συνολική ζητούμενη ποσότητα να γίνει είτε 100 τεστ, είτε 200 τεστ.

**A/A 83**

Για το είδος CD38-PC5.5 (α/α 83) δεν διαθέτουμε ως εταιρία το ζητούμενο φθοριόχρωμα, οπότε θα θέλαμε να προστεθεί και το εναλλακτικό φθοριόχρωμα APC.

**A/A 88**

Για το είδος CD43-APC AlexaFluor 750 (α/α 88) ως εταιρία διαθέτουμε συσκευασία των 100 τεστ CD43-APC AlexaFluor 750. Καθώς κατά την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών το πρόγραμμα καταχώρησης προσφορών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ δεν επιτρέπει την εισαγωγή ειδών στο σύστημα εάν δεν συμπίπτει η ζητούμενη ποσότητα με την προσφερόμενη, θα θέλαμε η συνολική ζητούμενη ποσότητα να γίνει είτε 100 τεστ, είτε 200 τεστ.

**A/A 117**

Για το είδος CD200-PC7 (α/α 117) ως εταιρία διαθέτουμε συσκευασία των 100 τεστ CD200-APC. Θα θέλαμε να ζητείται μόνο η συνολική ποσότητα των εξετάσεων και όχι ενδεικτική ποσότητα (συσκευασιών) η οποία διαφέρει από εταιρία σε εταιρία, καθώς κατά την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών το πρόγραμμα καταχώρησης προσφορών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ δεν επιτρέπει την εισαγωγή ειδών στο σύστημα εάν δεν συμπίπτει η ζητούμενη ποσότητα με την προσφερόμενη. Οπότε θα θέλαμε η συνολική ζητούμενη ποσότητα να γίνει τουλάχιστον 100 τεστ.

**A/A 129**

Για το είδος: CD56-APC-Alexa750 ή APC(α/α 129) ως εταιρία διαθέτουμε συσκευασία των 100 τεστ CD56-APC. Θα θέλαμε να ζητείται μόνο η συνολική ποσότητα των εξετάσεων και όχι ενδεικτική ποσότητα (συσκευασιών) η οποία διαφέρει από εταιρία σε εταιρία, καθώς κατά την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών το πρόγραμμα καταχώρησης προσφορών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ δεν επιτρέπει την εισαγωγή ειδών στο σύστημα εάν δεν συμπίπτει η ζητούμενη ποσότητα με την προσφερόμενη. Οπότε θα θέλαμε η συνολική ζητούμενη ποσότητα να γίνει τουλάχιστον 100 τεστ.

### **A/A 131**

Για το είδος κιτ για έλεγχο PC7 (α/α 131) ως εταιρία δεν διαθέτουμε κιτ ποιοτικού ελέγχου μόνο για το PC7, οπότε θα θέλαμε να διευκρινιστεί αν θα γίνει αποδεκτό κιτ που εμπεριέχει τον ποιοτικό έλεγχο και άλλων φθοριοχρωμάτων. Επίσης θεωρούμε ότι θα είναι πιο εύκολη η σύγκριση εάν υπάρχει αριθμός εξετάσεων και όχι ποσότητα του αντιδραστηρίου.

### **A/A132**

Για το είδος Kit για λυση, αραιωση και μονιμοποίηση (α/α 132) ως εταιρία διαθέτουμε συσκευασία των 500 τεστ για κιτ για λύση, αραιωση και μονιμοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση θα θέλαμε η συνολική ζήτηση να είναι 1500 τεστ.

### **A/A 134**

Για το είδος Ισότονο περιροής (α/α 134) ως εταιρία διαθέτουμε συσκευασία των 20 λίτρων για ισότονο υγρό, καθώς κατά την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών το πρόγραμμα καταχώρησης προσφορών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ δεν επιτρέπει την εισαγωγή ειδών στο σύστημα εάν δεν συμπίπτει η ζητούμενη ποσότητα με την προσφερόμενη θα θέλαμε η ζητούμενη ποσότητα να γίνει είτε 40 λίτρα, είτε 60 λίτρα.

### **A/A 135**

Για το είδος Σφαιρίδια για έλεγχο ευθυγράμμισης (α/α 135) είναι πιο εύκολη η σύγκριση εάν υπάρχει αριθμός εξετάσεων και όχι ποσότητα του αντιδραστηρίου.

### **A/A 136**

Για το είδος Σφαιρίδια για έλεγχο σταθερότητας (α/α 136) είναι πιο εύκολη η σύγκριση εάν υπάρχει αριθμός εξετάσεων και όχι ποσότητα του αντιδραστηρίου.

### **A/A 137**

Για το είδος Πρότυπα Κύτταρα για έλεγχο QC (α/α 137) θα θέλαμε να διευκρινιστεί τι είδους πρότυπα κύτταρα είναι τα ζητούμενα και για ποιο έλεγχο απαιτούνται ώστε να δούμε ως εταιρία τι διαθέτουμε.

### **A/A 132 αντί του ορθού A/A 142**

Θεωρούμε πιο εύκολη τη σύγκριση εάν υπάρχει αριθμός εξετάσεων και όχι ποσότητα του αντιδραστηρίου.

**A/A 133 αντί του ορθού 143**

Θα θέλαμε να διευκρινιστεί σε τι διαφέρει το ζητούμενο αντιδραστήριο από αυτό που ζητείται στο α/α142. Επιπλέον είναι πιο εύκολη η σύγκριση εάν υπάρχει αριθμός εξετάσεων και όχι ποσότητα του αντιδραστηρίου.

Με εκτίμηση,

Για την **SB BioAnalytica A.E.**

**SB BioAnalytica**  
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.  
ΙΛΙΣΙΩΝ 3Α - 5, ΑΘΗΝΑ, 115 28  
ΑΦΜ: 099936534 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 210 6400318 - ΦΑΞ: 210 6462748  
e-mail: info@sbbio.gr  
ΕΜΡΑ: 7548



Ευτυχία Βαλασιάδη  
Υπεύθυνη Τομέα Κυτταρομετρίας Ροής