

Αθήνα, 22 Μαΐου 2020  
Αρ. Πρωτ.: 1023/22-05-2020

ΠΡΟΣ ΤΟ  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ  
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47  
ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ ΜΕ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΥΕΛΩΜΑΤΟΣ, ΡΝΗ, HIV

Αξιότιμες Κυρίες Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε συνέχεια της 1<sup>ης</sup> Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών του Τμήματος Ανοσολογίας Ιστοσυμβατότητας που αφορούν την προμήθεια Κυτταρομετρητή Ροής με Τυποποιημένες Διαδικασίες για Ανάλυση Μυελώματος, ΡΝΗ, HIV θα θέλαμε να επανεξετάσετε τις ακόλουθες παρατηρήσεις ώστε να συμβάλλουν στη διασφάλιση των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού.

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΗΤΗ ΡΟΗΣ**

#### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ**

##### **A/A-1-40**

Για όλα τα είδη θα θέλαμε να ζητείται μόνο η συνολική ποσότητα των εξετάσεων και όχι ενδεικτική ποσότητα (συσκευασιών) η οποία διαφέρει από εταιρία σε εταιρία, καθώς κατά την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών διαγωνισμών το πρόγραμμα καταχώρησης προσφορών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ δεν επιτρέπει την εισαγωγή ειδών στο σύστημα εάν δεν συμπίπτει η ζητούμενη ποσότητα με την προσφερόμενη.

##### **A/A 36-40**

Για τα είδη με α/α 36-40, τα οποία μάλλον εκ παραδρομής αφαιρέθηκαν από την λίστα των μονοκλωνικών θεωρούμε ότι θα ήταν προτιμότερο να ζητηθούν τα είδη ως μεμονωμένα μονοκλωνικά με αντίστοιχα φθοριοχρώματα ή συνδυασμός των ζητούμενων μονοκλωνικών με αντίστοιχα φθοριοχρώματα.

Προτείνεται:

Είδος	Αριθμός εξετάσεων
CD56 PE	100
CD8 FITC	100
Ig, κ light chain PE	100
gamma delta TCR PE-CY7	100
CD5 PerCP-Cy™5.5	100
CD3 APC	100
CD4 V450	100
CD20 V450	100
CD38 APC-H7	100
CD45 V500-C	100
Ig, λ Light Chain FITC	100
CD19 PE-Cy™7	100
CD23 FITC	100
CD10 PE	100
CD200 APC	100
CD20 V450	100
CD43APC-H7	100
CD79bPerCP-Cy™5.5	100
CD19 PE-Cy™7	100
β2-Microglobulin PerCP-Cy™5.5	100
CD45 V450	100
CD138 (Syndecan-1)V500-C	100
CD81 (TAPA-1)APC-H7	100
CD117 (c-Kit)APC	100
CD28PE	100
CD27PerCP-Cy™5.5	100
CD34PerCP-Cy™5.5	100
CD79aPE	100
CD3V450	150
CD7APC	100
MPOFITC	100
CD3APC-H7	100
CD45V500	100

Με εκτίμηση

Για την **SB BioAnalytica A.E.**

**SB BioAnalytica**  
 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  
 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.  
 ΙΛΙΣΙΩΝ 3Α - 5, ΑΘΗΝΑ, 115 28  
 ΑΦΜ: 099936534 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
 ΤΗΛ.: 210 6400318 - ΦΑΞ: 210 6462748  
 e-mail: info@sbbio.gr  
 ΕΜΠΑ: 7548

Ευτυχία Βαλασιάδη  
 Υπεύθυνη Τομέα Κυτταρομετρίας Ροής