

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΕΡΜΟΤΟΜΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Α ΓΕΝΙΚΑ		
	Δερμοτόμος μπαταρία κατάλληλος για τη σωστή χειρουργική αντιμετώπιση των εγκαυμάτων, χειρουργικών παθήσεων και τραυμάτων του δέρματος, για την χρήση και την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής. Να περιλαμβάνει: Σώμα δερμοτόμου με κεφαλή Επαναφορτιζόμενη μπαταρία (2 τεμάχια) Φορτιστή μπαταριών με καλώδιο ρεύματος ικανοποιητικού μήκους Λάμες κοπής αποστειρωμένες	
Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
1.	Τελευταίας τεχνολογίας	Ναι, να αναφερθεί η ημερομηνία κατασκευής του
2.	Διαστάσεις (cm)	Να αναφερθούν
3.	Βάρος (kg)	<2kg, να αναφερθεί.
4.	Υλικό περιβλήματος	Τιτανίου, με μεγάλη αντοχή
5.	Ισχύς	250 W περίπου
6.	Μήκος κοπής	70- 80mm, περίπου
7.	Εύκολη ρύθμιση μήκους	Ναι, χωρίς κουμπιά, να αναφερθεί
8.	Πτερύγια (Flaps)	10, με 8mm μήκος το καθένα περίπου
9.	Πάχος κοπής	0,2-1,2mm περίπου, ρυθμιζόμενο σταδιακά σε βήματα των 0,1mm. Να αναφερθεί.
10.	Συχνότητα ταλάντωσης	0-6500/min περίπου
11.	Λάμες	Ναι, μίας χρήσης που να προσαρμόζονται στη κεφαλή
12.	Ευκολία στον καθαρισμό και στη συντήρηση	Ναι, να αναφερθεί
ΜΠΑΤΑΡΙΑ-ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ		
1.	Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη, να περιγραφεί αναλυτικά
2.	Ονομαστική χωρητικότητα της μπαταρίας	1Ah τουλάχιστον
3.	Ρεύμα λειτουργίας φορτιστή	220V-50Hz
4.	Τύπος φορτιστή	Να αναφερθεί
5.	Διαστάσεις φορτιστή	Να αναφερθούν
6.	Βάρος φορτιστή	Να αναφερθεί
7.	Καλώδιο παροχής ρεύματος	Ναι
8.	Μήκος καλωδίου	2m τουλάχιστον, να αναφερθεί
9.	Θέσεις φόρτωσης	>2, να αναφερθούν
10.	Ένδειξη φόρτισης μπαταριών	Ναι
11.	Ένδειξη αντικατάστασης μπαταρίας	Ναι, να περιγραφεί

12.	Ηλεκτρονικός έλεγχος φόρτισης	Ναι, για αποφυγή μη πλήρους φόρτισης (φαινόμενο μνήμης)
-----	-------------------------------	---