

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθήνα, 4/01/2012

Σελίδα: 1 από 2

Υπόψη: Κου Β.Α. Γκέρκη
(Τηλ: 213 2045950)

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές στα πλαίσια της διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης για το «**λογισμικό ανάλυσης FISH με ειδική κάμερα και υπολογιστή**»

Αξιότιμοι κύριοι,

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μας παρέχετε να συμμετέχουμε στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για το «**λογισμικό ανάλυσης FISH με ειδική κάμερα και υπολογιστή**» πριν από τη διενέργεια του αντίστοιχου ανοιχτού διαγωνισμού.

Ακολουθούν οι σχετικές μας παρατηρήσεις:

A. Λογισμικό:

5. Ζητάτε «**Αυτόματη διόρθωση υποβάθρου – 9 επιπέδων περίπου**»

Δεδομένου ότι η διόρθωση υποβάθρου ζητείται να γίνεται αυτόματα, ο ποσοτικός προσδιορισμός (9 επιπέδων) δε χρειάζεται (δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του κατασκευαστή, στις περιπτώσεις αυτόματης διόρθωσης).

19. «**Δυνατότητα Αναβάθμισης – ΝΑΙ να περιγραφεί**»

Θα ήταν απαραίτητο να προσδιοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια οι δυνατότητες αναβάθμισης που ζητάτε. Αναφέρεστε σε αναβαθμίσεις:

α. εξοπλισμού (hardware);


β. στις ενημερώσεις του λογισμικού που προσφέρουν οι κατασκευαστές κατά διαστήματα (με ή χωρίς χρέωση);

γ. στις επεκτάσεις του λογισμικού σε νέα επιπρόσθετα λογισμικά που διευρύνουν τις δυνατότητες του εργαστηρίου;

Ευχαριστούμε ειλικρινά για τη δυνατότητα που μας δίνετε με την παρούσα διαδικασία διαβούλευσης να συμβάλλουμε στη προσπάθειά σας για καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας προμηθειών.

Παρακαλούμε για τις σχετικές σας ενέργειες για τη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πραγματικά δεδομένα που σας αναφέρουμε στην παρούσα επιστολή και παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση,

Με τιμή,



Για την ΑΝΤΙΣΕΛ, Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε.

Δήμητρα Σασαρώλη

Βιολόγος

ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ι.Π. ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ 6, 542 50
ΤΗΛ: 231 0322525 FAX: 231 0321912
ΑΘΗΝΑ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 116, 115 27
ΤΗΛ: 210 779 5980 FAX: 210 771 6932
ΑΦΜ: 091569759 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
www.antisel.gr