

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθήνα, 4/01/2012

Σελίδα: 1 από 2

Υπόψη: Κου Β.Α. Γκέρκη
(Τηλ: 213 2045950)

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές στα πλαίσια της διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης για το «**μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού**»

Αξιότιμοι κύριοι,

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μας παρέχετε να συμμετέχουμε στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για το «**μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού**» πριν από τη διενέργεια του αντίστοιχου ανοιχτού διαγωνισμού.

Ακολουθούν οι σχετικές μας παρατηρήσεις:

4. Ζητάτε «*Τριοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με κλίση τουλάχιστον 20°, με ρύθμιση της διακορικής απόστασης και της ανισομετρικής της οράσεως- Με σύστημα διαχωρισμού δέσμης 100 % σε προσοφθάλμιους και σε φωτογραφική έξοδο*»

Στο σημείο αυτό θα προτείνουμε να προσδιορίσετε σε μεγαλύτερο βαθμό τα χαρακτηριστικά της κεφαλής όπως α. το εύρος πεδίου και β. τη δυνατότητα μετακίνησης για την εύκολη προσαρμογή στις απαιτήσεις του εκάστοτε χρήστη (προσδιορισμός ύψους μετακίνησης).

11. «*Φορέας φίλτρων διερχόμενου φωτός*»

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή θεωρούμε ότι είναι τόσο πολύ γενική ώστε να μη βοηθάει την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου (τωρινών, αλλά και μελλοντικών). Θεωρούμε απαραίτητο να προσδιοριστεί κατ' ελάχιστον ο αριθμός των φίλτρων διερχόμενου φωτός που μπορούν να τοποθετηθούν.

20. «*Σύστημα φίλτρων φθορισμού*»

Κατ' αντιστοιχία με τις προτάσεις μας για την προδιαγραφή 11, στο σημείο αυτό θα πρέπει και πάλι να προσδιοριστεί ο αριθμός των φίλτρων φθορισμού που μπορεί να δεχτεί το μικροσκόπιο που θέλετε.

Στα πλαίσια αυτά, οι προτάσεις οι οποίες έχουμε να κάνουμε συνοπτικά περιλαμβάνουν:

Α. Να προσδιοριστεί ποια ρύθμιση ή μη της κεφαλής είναι περισσότερο εργονομική για τις ανάγκες του εργαστηρίου (βλ. προδιαγραφή 4).

Β. Τον προσδιορισμό του ελάχιστου αριθμού των φίλτρων διερχόμενου φωτός (βλ. προδιαγραφή 11).

Γ. Τον προσδιορισμό του ελάχιστου αριθμού των φίλτρων φθορισμού που μπορούν να εισαχθούν στο μικροσκόπιο (βλ. προδιαγραφή 20).

Ευχαριστούμε ειλικρινά για τη δυνατότητα που μας δίνετε με την παρούσα διαδικασία διαβούλευσης να συμβάλλουμε στη προσπάθειά σας για καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας προμηθειών.

Παρακαλούμε για τις σχετικές σας ενέργειες για τη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πραγματικά δεδομένα που σας αναφέρουμε στην παρούσα επιστολή και παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση,

Με τιμή,

Για την ANTISEL, Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε.

Δήμητρα Σασαριώλη

Βιολόγος

ANTISEL ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ι.Π. ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ 6, 542 50
ΤΗΛ. 231 0322525 FAX: 231 0321912
ΑΘΗΝΑ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 116, 115 27
ΤΗΛ. 210 779 5980 FAX: 210 771 6932
ΑΦΜ: 091569759 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
www.antisel.gr