



Προς: Νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Γραφείο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Αφορά: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Αιμοπαθολογοανατομικό
Εργαστήριο.
Είδος: Μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού (πρϋπ. 30.000 €)

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

Αγαπητοί κύριοι,

Σχετικά με τις προδιαγραφές για το μικροσκόπιο ανοσοφθορισμού, η εταιρεία μας διατυπώνει τις παρατηρήσεις της. (Τηρείται η αρίθμηση των προδιαγραφών):

α/α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2	Φωτιστική πηγή τροφοδοσίας 12V100W
4	Διοφθάλμια κεφαλή με φωτογραφική έξοδο με σύστημα διαχωρισμού δέσμης - 100% στον παρατηρητή - 100% στη φωτογραφική έξοδο - Διάρθρωση δέσμης στον παρατηρητή και στη φωτογραφική έξοδο
7	Σύστημα μικροεστίασης με 1μm/διαβάθμιση
12	Αντικειμενικοί φακοί διορθωμένοι στο άπειρο, επίπεδοι, φθορισμού (κατάλληλοι για φωτεινό / σκοτεινό πεδίο ή φθορισμό) - 10X/0.30 - 20X/0.50 - 100x/1.30 ελαιοκαταδυτικός με προστατευτικό ελατήριο για αποφυγή πρόσκρουσης με το παρασκεύασμα
13	Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών ευρέος οπτικού πεδίου 10X/20mm ή 10X/25mm
19	Εφεδρική λυχνία. Να διευκρινισθεί το είδος
20	Εξαθέσιο (τουλάχιστον), περιστρεφόμενο φορέα φίλτρων
Να προστεθεί στα ζητούμενα: Προσαρμογέας τύπου c-mount με μεγέθυνση 0.5X & ρυθμιζόμενη εστίαση για την ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας.	

Με εκτίμηση,

Σταύρος Πουλιόπουλος