



Προς: Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Τμήμα Προμηθειών

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση για Μικροσκόπιο Ανοσοφθορισμού.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

Αγαπητοί κύριοι,

Οι παρατηρήσεις της εταιρείας μας σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που δόθηκαν προς Δημόσια Διαβούλευση είναι οι ακόλουθες:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
(Προϋπολογισμός 30.000,00 Ευρώ)

	Προδιαγραφή		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	Υλικό κατασκευής-στοιβαρής	Να αναφερθεί	Το σώμα του μικροσκοπίου θα πρέπει να διαθέτει σύστημα μικροεστίασης υψηλής ακρίβειας (κατ' ελάχιστο 1μm) προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της εξέτασης FISH – MFISH.
5	Διοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης με φωτογραφική έξοδο, με κλίση τουλάχιστον 20 , με ρύθμιση της διακορικής απόστασης και της ανισομετρίας της οράσεως.	Με σύστημα διαχωρισμού δέσμης 100 % σε προσοφθάλμιους, στη φωτογραφική έξοδο και σε προσοφθάλμιους και στη φωτογραφική έξοδο	Οποσδήποτε τριών (3) θέσεων, δηλαδή 100% σε προσοφθάλμιους, 100% στη φωτογραφική έξοδο ενώ η ενδιάμεση θέση θα πρέπει να παρέχει επαρκή φωτισμό για τη λήψη εικόνων FISH από τη κάμερα. (π.χ. 20/80)

Με εκτίμηση,

Σταύρος Πουλιόπουλος