

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΥΠΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
email: bioiatriki2002@yahoo.com

22678/ΠΨ/14

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών

Κύριοι,

Θα θέλαμε μέσω του παρόντος εγγράφου να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για «ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ Γ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ», που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα:

Στην υποενότητα «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» της ενότητας «MONITOR ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» ζητείται:

Μέγιστη, μέση και τελοεκπνευστική πίεση αεραγωγών
--

Nαι

Στο αναισθησιολογικό συγκρότημα που διαθέτει η εταιρία μας απεικονίζεται και παρακολουθείται η πίεση plateau αντί της μέσης πίεσης αεραγωγών, επομένως προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρείας μας, προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω τεχνικής προδιαγραφής ως εξής:

Μέγιστη, μέση ή plateau και τελοεκπνευστική πίεση αεραγωγών
--

Nαι

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για τη Santair Α.Ε.

SANTAIR Α.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 41 • ΔΑΦΝΗ • 172 35
ΤΗΛ. 210-97.14.444 • FAX: 210-97.63.222
Α.Φ.Μ. 094497215 • Α.ΟΥ: ΦΑΕ" ΑΘΗΝΩΝ
• ΑΡ. Μ.Α.Ε. 30127/01/Β/97112/01 •
• ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΤΩΓΩΝ 00345 •

Παναγιώτης Ψυχάρης
Υπεύθυνος Πωλήσεων