

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΥΠΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
email: bioiatriki2002@yahoo.com

21135/ΠΨ/13

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2013

ΑΦΟΡΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών

Κύριοι,

Θα θέλαμε μέσω της παρόντος εγγράφου να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρείας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του Αναισθησιολογικού Συγκροτήματος Τύπου Γ, που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα:

Α.

Στην υποενότητα «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ» της ενότητας «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ» ζητείται η ρύθμιση της παραμέτρου PEEP από 0-20 cmH₂O. Στα αναισθησιολογικά συγκροτήματα που χρησιμοποιείται φυσούνα ως διάταξη επανεισπνοής, είναι αδύνατη η ρύθμιση PEEP κάτω από 4 cmH₂O, επομένως προτείνουμε την τροποποίηση του ζητούμενου εύρους της ρυθμίσεως PEEP από 4-20 cmH₂O.

Β.

Στην υποενότητα «ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» της ενότητας «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ» ζητείται η δυνατότητα ελληνικού μενού λειτουργίας. Προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρείας μας, προτείνουμε την απαλοιφή της εν λόγω απαίτησης ή την αναγραφή αυτής ως επιθυμητής.

Γ.

Στην υποενότητα «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» της ενότητας «MONITOR ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» ζητείται η απεικόνιση κυματομορφής CO₂ σε σχέση με το χρόνο και η απεικόνιση της συγκέντρωσης CO₂. Στο αναισθησιολογικό συγκρότημα που διαθέτει η εταιρεία μας η κυματομορφή CO₂ σε σχέση με το χρόνο και η συγκέντρωση CO₂ απεικονίζονται στο Monitor ζωτικών λειτουργιών, επομένως προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρείας μας, προτείνουμε την ανάλογη τροποποίηση της εν λόγω τεχνικής προδιαγραφής.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για τη Santair Α.Ε.

SANTAIR Α.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 41 • ΔΑΦΝΗ • 17235
ΤΗΛ. 210-97.14.444 • FAX: 210-97.63.222
ΑΦ.Μ. 0944972X • ΔΟΥ: ΦΑΕ" ΑΘΗΝΩΝ
• ΑΡ. Μ.Α.Ε. 30127/01/Β/97112/01 •
• ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 00345 •

Παναγιώτης Ψυχάρης
Υπεύθυνος Πωλήσεων