



ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ

Προδιαγραφή 16: Σύστημα ασφάλειας για αποφυγή σιφωνισμού.

Το φαινόμενο του σιφωνισμού απαντάται στις ογκομετρικές αντλίες χορήγησης φαρμάκων. Στις αντλίες χορήγησης φαρμάκων μέσω σύριγγας δεν υφίσταται κίνδυνος για τον ασθενή λόγω σιφωνισμού, καθώς το έμβολο της σύριγγας συγκρατείται σταθερά από τον μηχανισμό/βραχίονα έγχυσης, αποτρέποντας τυχόν ελεύθερη ροή. Βάσει των ανωτέρω προτείνουμε την αφαίρεση της προδιαγραφής αυτής.

Προδιαγραφή 16: Δυνατότητα σετ έγχυσης μη αποκλειστικής διάθεσης.

Το σετ έγχυσης αφορά τις ογκομετρικές αντλίες χορήγησης φαρμάκων, καθώς στις αντλίες χορήγησης φαρμάκων με σύριγγα το μέσο έγχυσης αποτελεί η τοποθετούμενη στην αντλία σύριγγα, όπως άλλωστε ζητείται και από την προδιαγραφή 19: «Να λειτουργεί με κοινές προεκτάσεις και σύριγγες των 5, 10, 20, 50/60 ml αναγνωρισμένων κατασκευαστών. Να αναφερθούν οι οίκοι.»

Για το λόγο αυτό προτείνουμε την αφαίρεση της συγκεκριμένης προδιαγραφής.