



ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Προς

Θεσσαλονίκη, 28-03-2014

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

Τμήμα: **Τεχνική Υπηρεσία**

e-mail : bioiatriki2002@yahoo.com

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας στη διαβούλευση του Νοσοκομείου σας με ημερομηνία ανάρτησης 26-03-2014 για το είδος:

MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Πιο συγκεκριμένα:

1. Αναφορικά με τη προδιαγραφή 4 (Τεχνικά Χαρακτηριστικά) «Όσο το δυνατό μικρό βάρος, κατά πρότίμηση <6 Kg»

Εφόσον το συγκεκριμένο μόνιτορ θα είναι παρακλίνιο και η φορητότητα του από τις τεχνικές προδιαγραφές δε κρίνεται απαραίτητη, η ύπαρξη μεγαλύτερου βάρους δεν είναι και απορριπτέα. Για τον παραπάνω λόγο καθώς και για την άρτια και απρόσκοπτη συμμετοχή μας στο μελλοντικό διαγωνισμό επιθυμούμε η παραπάνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: **«Το βάρος του μόνιτορ να μην υπερβαίνει τα 10 κιλά».**

2. Αναφορικά με τη προδιαγραφή 15 (Μόνιτορ) «Δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων, συναγερμών και αρρυθμιών όλων των τύπων. Για τις τελευταίες 72 ώρες τουλάχιστον. Μεγαλύτερος χρόνος θα εκτιμηθεί».

Η μνήμη των 72 ωρών κρίνεται όχι απαραίτητη και αναγκαία όταν υπάρχει συνεχής παρακολούθηση των ασθενών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Καθημερινή αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης του ασθενούς από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό επιτυγχάνεται και με 24ωρη μνήμη trend όλων των παρακολουθούμενων παραμέτρων χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας σημαντικών κλινικών δεδομένων των ασθενών. Για τον παραπάνω λόγο καθώς και για την άρτια και απρόσκοπτη συμμετοχή μας στο μελλοντικό διαγωνισμό επιθυμούμε η παραπάνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: **«Δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων, συναγερμών και αρρυθμιών όλων των τύπων. Για τις τελευταίες 24 ώρες τουλάχιστον. Μεγαλύτερος χρόνος θα εκτιμηθεί»**

3. Αναφορικά με τη προδιαγραφή 21 (Βαθμίδα ΗΚΓ- Αναπνοής) «Κατ'επιλογήν ρύθμιση του χρόνου άπνοιας. Από 5sec έως 30sec περίπου με alarm άπνοιας»

Για την άρτια και απρόσκοπτη συμμετοχή μας στο μελλοντικό διαγωνισμό επιθυμούμε η παραπάνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: **«Κατ'επιλογήν ρύθμιση του χρόνου άπνοιας. Από 5sec έως 20sec περίπου με alarm άπνοιας»**

4. Αναφορικά με τη προδιαγραφή 31 (Βαθμίδα Αναίμακτου πίεσης) «Δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Μέτρηση έως και 8 ώρες.»

Για την άρτια και απρόσκοπτη συμμετοχή μας στο μελλοντικό διαγωνισμό επιθυμούμε η παραπάνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «Δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Μέτρηση έως 2 ώρες τουλάχιστο.»

Πρόθυμοι για την παροχή κάθε άλλης πληροφορίας, διατελούμε,

Μετά Τιμής
ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Γιώργος Παπούδης
Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος