

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΥΠΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
email: bioiatriki2002@yahoo.com

22554/ΠΨ/14

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών

Κύριοι,

Θα θέλαμε μέσω του παρόντος εγγράφου να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του Αναισθησιολογικού Συγκροτήματος Τύπου Γ, που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα:

A.

Στην υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ» της ενότητας «ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ» ζητείται:

«Υποστηριζόμενη Πίεση

Ναι. Να προσφερθεί προς επιλογή»

Θεωρούμε πως ο συγκεκριμένος τρόπος αερισμού χρησιμοποιείται πλέον σε αρκετούς ασθενείς, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον αναισθησιολόγο να χορηγεί αυτόματο αερισμό (ΑΥΤΟ) στον ασθενή κατά τη διάρκεια εισαγωγής στην αναισθησία και κυρίως κατά διάρκεια ανάνηψης του ασθενή, ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη χρήσης του χειροκίνητου αερισμού (MANUAL), αποδεσμεύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τον αναισθησιολόγο από την ανάγκη συνεχούς αλληλεπίδρασης με το μηχάνημα. Για αυτόν τον λόγο προτείνουμε την προσθήκη του εν λόγω τρόπου αερισμού στη βασική σύνθεση του μηχανήματος.

B.

Στην υποενότητα «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ» της ενότητας «MONITOR ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ» ζητείται:

«Μέγιστη, μέση και τελοεκπνευστική πίεση αεραγωγών

Ναι»

Στο αναισθησιολογικό συγκρότημα που διαθέτει η εταιρία μας απεικονίζεται και παρακολουθείται η πίεση plateau αντί της μέσης πίεσης αεραγωγών, επομένως προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρείας μας, προτείνουμε την τροποποίηση της εν λόγω τεχνικής προδιαγραφής ως εξής:

«Μέγιστη, μέση ή plateau και τελοεκπνευστική πίεση αεραγωγών

Ναι»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για τη Santair Α.Ε.

SANTAIR Α.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 41 • ΔΑΦΝΗ • 17235
ΤΗΛ. 210-97.14.444 • FAX: 210-97.63.222
ΑΦ.Μ. 0944972X5 • ΔΟΥ: ΦΑΕ" ΑΘΗΝΩΝ
• ΑΡ. Μ.Α.Ε. 30127/01/Β/97112/01 •
• ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 00345 •

Παναγιώτης Ψυχάρης
Υπεύθυνος Πωλήσεων