



Προς

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

« Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ »

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

bioiatriki2002@yahoo.com

Αθήνα 10/04/2014

Αξιότιμοι Κύριοι,

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών όπως αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας σας.

συμμετέχοντες στη διαδικασία της διαβούλευσης έχουμε την τιμή να υποβάλλουμε στην υπηρεσία σας σχόλια, προτάσεις και παρατηρήσεις της εταιρείας μας για συμπλήρωση, διόρθωση, τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών του είδους « **ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ** », συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην άρτια κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών.

Ειδικότερα η εταιρεία μας, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε., υποβάλλει τις παρακάτω προτάσεις της, αιτούμενη την ανάλογη συνεκτίμηση και προσαρμογή των αντίστοιχων όρων.

ΕΙΔΟΣ : ΑΝΤΛΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 16: «Σύστημα ασφάλειας για αποφυγή σιφωνισμού: ΝΑΙ, μέσω αντλίας ή μέσω του αναλωσίμου. Να δοθούν στοιχεία»

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Αναφορικά με την τροποποίηση της αρχικής προδιαγραφής μετά τις παρατηρήσεις συμμετεχόντων στην πρώτη διαβούλευση, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

Είναι προφανές ότι το ζητούμενο είδος είναι **αντλίες σύριγγας και όχι ογκομετρικές αντλίες με δυνατότητα χορήγησης και από σύριγγα**, για τις οποίες απαιτείται ειδικό αναλώσιμο εφοδιασμένο με αντισιφωνική βαλβίδα για την αποφυγή του σιφωνισμού.

Σχεδόν όλες οι αντλίες σύγχρονης τεχνολογίας του τύπου αυτού (αντλίες σύριγγας) είναι σχεδιασμένες έτσι, και διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας για την αποφυγή του σιφωνισμού, χωρίς να απαιτείται χρήση ειδικού αναλωσίμου. Βεβαίως υπάρχουν και κάποιες αντλίες σύριγγας παλαιάς τεχνολογίας, όπως και ογκομετρικές με δυνατότητα χορήγησης από σύριγγα, με τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικό αναλώσιμο εφοδιασμένο με αντισιφωνική βαλβίδα, το οποίο όμως ανεβάζει το καθημερινό κόστος λειτουργίας τους.



Θεωρούμε ότι η αρχική προδιαγραφή της υπηρεσίας σας είναι πλήρης και σαφής και σε καμία περίπτωση δεν προσδιορίζει ή ευνοεί συγκεκριμένο μηχάνημα / εταιρεία, όπως ισχυρίζεται κάποιος συμμετέχων στη διαβούλευση. Άλλωστε, όπως θα διαπιστώσετε, κατά την πρώτη διαβούλευση δεν υπάρχει κανένα σχόλιο ή παρατήρηση επί της αρχικής προδιαγραφής τόσο από την εταιρεία μας όσο και από την εταιρεία ΕnaMed ΕΠΕ η οποία επίσης διαθέτει αντλίες σύριγγας.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Να μην τροποποιηθεί η αρχική προδιαγραφή. Εν τούτοις, αν η υπηρεσία κρίνει ότι αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί, καλό θα είναι να ζητείται από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν το κόστος του αναλωσίμου με την αντισφωνική βαλβίδα το οποίο θα συνεκτιμηθεί οικονομοτεχνικά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 18: «Η δυνατότητα χρησιμοποίησης μη αποκλειστικού αναλωσίμου να αναφερθεί και να κατατεθούν τα πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας»

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Ως γνωστόν οι αντλίες σύριγγας χρησιμοποιούν ως αναλώσιμο υλικό πλαστικές σύριγγες διαφόρων αναγνωρισμένων κατασκευαστών. Ο κάθε κατασκευαστής των αντλιών σύριγγας μπορεί μεν να προτείνει κάποιους εμπορικούς τύπους συριγγών αναγνωρισμένων κατασκευαστών, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορεί να διαθέσει ή να εκδώσει πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας **(με την έννοια του εγγράφου πιστοποιητικού)** των μηχανημάτων και να εγγυηθεί την καλή λειτουργία τους με χρήση αναλώσιμου υλικού το οποίο δεν το κατασκευάζει ο ίδιος και συνεπώς δεν μπορεί να ελέγξει την παραγωγή του.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: Να μην τροποποιηθεί η αρχική προδιαγραφή. Εν τούτοις αν η υπηρεσία κρίνει ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί, προτείνουμε να αντικατασταθεί ο όρος « **...και να κατατεθούν πιστοποιητικά ασφαλούς λειτουργίας**» με τον όρο « **.... και να τεκμηριωθεί**»

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε.

Με τιμή,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΑΛΛΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.