

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΥΠΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
email: bioiatriki2002@yahoo.com

22675/ΠΨ/14

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών

Κύριοι,

Θα θέλαμε μέσω του παρόντος εγγράφου να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές του «*MONITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ*», που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα:

Στην προδιαγραφή με α/α 15 της ενότητας «*MONITOR*» ζητείται:

Δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων, συναγερμών και αρρυθμιών όλων των τύπων.

ΝΑΙ. Για τις τελευταίες 72 ώρες τουλάχιστον. Μεγαλύτερος χρόνος θα εκτιμηθεί.

Το monitor που διαθέτουμε έχει δυνατότητα αποθήκευσης των τελευταίων 300 συναγερμών χωρίς να υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός (ως συναγερμός μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε επεισόδιο ή αρρυθμία όλων των τύπων). Επομένως προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρείας μας, αλλά και για να είναι πιο σαφής η διατύπωση της εν λόγω προδιαγραφής, προτείνουμε την τροποποίηση της ως εξής:

Δυνατότητα αποθήκευσης συναγερμών (επεισοδίων και αρρυθμιών όλων των τύπων).

ΝΑΙ. Για τις τελευταίες 72 ώρες ή για τους τελευταίους 300 συναγερμούς τουλάχιστον. Μεγαλύτερος χρόνος ή αριθμός συναγερμών θα εκτιμηθεί.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για τη Santair Α.Ε.

SANTAIR Α.Ε.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 41 • ΔΑΦΝΗ • 17235
ΤΗΛ. 210-97.14.444 • FAX: 210-97.63.222
Α.Φ.Μ. 094497215 • Α.ΟΥ. ΦΑΕ" ΑΘΗΝΩΝ
• ΑΡ. Μ.Α.Ε. 30127/01/Β/97112/01 •
• ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 00345 •

Παναγιώτης Ψυχάρης
Υπεύθυνος Πωλήσεων