

ΠΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
1^η Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47
106 76 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 14.04.2014

ΥΠ'ΟΨΙΝ : ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΗΛ : 2132041287 & 5983
FAX : 213 2041352
E-MAIL : bioiatriki2002@yahoo.com

ΘΕΜΑ : Δημόσια Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών
για Αναπνευστήρα ΜΕΘ
Προθεσμία Διαβούλευσης έως 14.04.2014

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της ανωτέρω δημόσιας διαβούλευσης, σας παραθέτουμε κατωτέρω τα σχόλιά μας.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ ΜΕΘ

ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ	
Αυτόματο πρόγραμμα απογαλακτισμού	Ναι με αυτόματη προσαρμογή των αναπνευστικών παραμέτρων και αυτόματη εναλλαγή από μεθόδους αερισμού πλήρως ελεγχόμενους από τον αναπνευστήρα σε πλήρως αυτόματες μεθόδους, ανάλογα με την ύπαρξη ή μη αναπνευστικής προσπάθειας από τον ασθενή.

Το ως άνω αναφερόμενο πρόγραμμα φωτογραφίζει πλήρως το λογισμικό AUTOMODE συγκεκριμένων αναπνευστήρων του οίκου Maquet .

Ζητάμε την αλλαγή της προδιαγραφής σε περισσότερο ανοικτή η οποία αναφέρει «....ή ισοδύναμη τεχνολογία...» που να αποδίδει την ανωτέρω λειτουργία στο χρήστη, για να λάβουν μέρος περισσότεροι του ενός προμηθευτές και την ανάπτυξη ανταγωνισμού.

MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ- ΛΑΡΙΓΚΟΥ Ε.Π.Ε.

Αντιπροσωπείες- Εισαγωγές- Εξαγωγές- Εμπορία Ιατρικών/ Επιστημονικών Μηχανημάτων, Συσκευών & Οργάνων

Κεντρικά: Λευκάδος 25, Αθήνα 11362- Τηλ.: (210) 88 12900- Fax: (210) 88 12252

Υποκατ/μα Θεσσαλονίκης: Ιθάκης 67, Εύοσμος Θεσσαλονίκη 562 24- Τηλ & Fax: (2310) 886 940

URL: www.meditrust.gr

1/3



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ε.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ε.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Ε.Ε.

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αρχείο συναγερμών

Ναι με απεικόνιση λίστας ενεργοποιηθέντων συναγερμών και χρονική σήμανση εμφάνισής των

Για τον θεράποντα ιατρό είναι υψίστης σημασίας η δυνατότητα να έχει όχι μόνον την απεικόνιση της στιγμής του συναγερμού, όσο το ιστορικό των συνθηκών που οδήγησε σε αυτόν, καθώς και την πορεία ανάκαμψης μετά.

Θεωρούμε απαραίτητη την συνολική εικόνα και πληροφορία που δίνει το σύνολο των παραμέτρων του Αναπνευστήρα, πριν, κατά την διάρκεια και μετά, από ένα συναγερμό, με χρονική πάντα αναφορά του περιστατικού.

Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής σε: «..... Ειδικά για τους ιατρικούς συναγερμούς, ισοδύναμη τεχνολογία που παρέχει απεικόνιση των ζωτικών παραμέτρων του ασθενούς με χρονική σήμανση σε ευρύτερη κλίμακα για την κλινική αξιολόγηση του συναγερμού, θα αξιολογηθεί»

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Εξαγωγή αρχείου ασθενούς

Ναι μέσω δικτύου ή ψηφιακού μέσου

Επιπροσθέτως, θεωρούμε απαραίτητη την δυνατότητα άμεσης εκτύπωσης των δεδομένων του αρχείου ασθενούς, που αποτελεί μια γρήγορη και πρακτική λύση, όταν δεν υπάρχει δίκτυο.

Ζητούμε να προστεθεί.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νεφελοποιητής φαρμάκων

Ναι πολλαπλών χρήσεων με ηλεκτρονική λειτουργία (μικροαντλία)

Εδώ φωτογραφίζεται πλήρως η αντλία AEROGEN PRO η οποία είναι μικροαντλία πολλαπλών χρήσεων με επί πλέον κόστος.

Ζητάμε την αλλαγή της προδιαγραφής με νέα απαίτηση για Νεφελοποιητή φαρμάκων ενσωματωμένο στον αναπνευστήρα και κατάλληλο για συγχρονισμένη Νεφελοποίηση, όπως διαθέτουν οι περισσότεροι αναπνευστήρες της αγοράς.

MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ- ΛΑΡΙΓΚΟΥ Ε.Π.Ε.

Αντιπροσωπείες- Εισαγωγές- Εξαγωγές- Εμπορία Ιατρικών/ Επιστημονικών Μηχανημάτων, Συσκευών & Οργάνων

Κεντρικά: Λευκάδος 25, Αθήνα 11362- Τηλ.: (210) 88 12900- Fax: (210) 88 12252

Υποκατά/μα Θεσσαλονίκης: Ιθάκης 67, Εύοσμος Θεσσαλονίκη 562 24- Τηλ & Fax: (2310) 886 940

URL: www.meditrust.gr

2/3



ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ελεύθερη διαμόρφωση παραμέτρων εκκίνησης	Ναι και να γίνει περιγραφή της διαδικασίας
Και εδώ απεικονίζεται πλήρως το λογισμικό «SAFETY SCALE» συγκεκριμένου μοντέλου του οίκου Maquet. Θεωρούμε πως το καθαρά τεχνολογικό αυτό χαρακτηριστικό δεν είναι από τα κύρια και ζωτικής σημασία τεχνικά και κυρίως λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός αναπνευστήρα εντατικής και δεν θα πρέπει να αποτελεί παράγοντα που περιορίζει την συμμετοχή αναπνευστήρων που διαθέτουν αποδεδειγμένη λειτουργική επιτυχία παγκοσμίως σε κάθε είδους περιστατικό. Ζητούμε την απαλοιφή της ανωτέρω προδιαγραφής ή την προαιρετική της τουλάχιστον αξιολόγηση, ως ορίζει ο νόμος.	

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως ο συνδυασμός των ανωτέρω συγκεκριμένων προδιαγραφών, οι οποίες είναι ήσσονος σημασίας για τον θεράποντα ιατρό και τον ασθενή, φωτογραφίζουν μοντέλα του οίκου Maquet και περιορίζουν δραματικά τον ανταγωνισμό αποκλείοντας όλους σχεδόν τους υπολοίπους αναπνευστήρες της διεθνούς αγοράς!

Αξίζει να αναφέρουμε πως βάσει των ανωτέρω αποκλείονται αναπνευστήρες με ουσιώδεις λειτουργικές δυνατότητες όπως ο ανεξάρτητος αερισμός των πνευμόνων (ILV), η μέτρηση οισοφαγικών και ενδοτραχειακών πιέσεων, ο αερισμός με Ήλιο κτλ που παραλείπονται πλήρως στις προδιαγραφές και βεβαίως δεν δίδεται η δυνατότητα στην επιτροπή να τις αξιολογήσει!

Βάσει του Ν.118/2007 Άρθρο, παρ.3 και παρ.4, η διαγωνιστική διαδικασία υποχρεούται να επιτρέπει τον μέγιστο δυνατό αριθμό συμμετεχόντων, άλλως δημιουργεί ολιγοπωλιακές τάσεις. Είναι σαφές ότι σκοπός μιας διαγωνιστικής διαδικασίας είναι να αποκτήσει το εκάστοτε Νοσοκομείο ή Οργανισμός, την βέλτιστη δυνατή Τεχνολογία στην χαμηλότερη δυνατή τιμή, γεγονός που επιτυγχάνεται μόνο με τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων.

Για την ύπαρξη του επιθυμητού ανταγωνισμού και την ισότιμη δυνατή αξιολόγηση ως ο νόμος ορίζει, αιτούμεθα την μελέτη και τον επαναπροσδιορισμό των υπό διαβούλευση προδιαγραφών.

Στην διάθεσή σας για οιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση

MEDITRUST

Ε.ΓΑΒΑΛΑ-ΛΑΡΙΓΚΟΥ ΕΠΕ



Μαριλύ Ματθαίου
Τμήμα Διαγωνισμών



MEDITRUST Ε. ΓΑΒΑΛΑ- ΛΑΡΙΓΚΟΥ Ε.Π.Ε.

Αντιπροσωπείες- Εισαγωγές- Εξαγωγές- Εμπορία Ιατρικών/ Επιστημονικών Μηχανημάτων, Συσκευών & Οργάνων
Κεντρικά: Λευκάδος 25, Αθήνα 11362- Τηλ.: (210) 88 12900- Fax: (210) 88 12252

Υποκατά/μα Θεσσαλονίκης: Ιθάκης 67, Εύοσμος Θεσσαλονίκη 562 24- Τηλ & Fax: (2310) 886 940

URL: www.meditrust.gr

3/3

