

ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΥΠΟΨΙΝ: ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
email: bioiatriki2002@yahoo.com

22685/ΠΨ/14

Αθήνα, 14 Απριλίου 2014

ΘΕΜΑ: Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών

Κύριοι,

Θα θέλαμε μέσω του παρόντος εγγράφου να σας υποβάλουμε τις παρατηρήσεις της εταιρίας μας σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για «ΔΙΦΑΣΙΚΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΜΕ MONITOR», που έχετε δημοσιεύσει προς διαβούλευση στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα:

Στην 2^η προδιαγραφή της ενότητας «Γ. ΟΘΟΝΗ - MONITOR» ζητείται:

Ταχύτητα σάρωσης	25 mm/sec, τουλάχιστον
------------------	------------------------

Ο απινιδωτής που διαθέτουμε διαθέτει οθόνη με ταχύτητα σάρωσης 20mm/sec, επομένως προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή της εταιρείας μας προτείνουμε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής:

Ταχύτητα σάρωσης	≥ 20 mm/sec
------------------	-------------

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Για τη Santair A.E.

SANTAIR A.E.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 41 • ΔΑΦΝΗ • 172 35
ΤΗΛ. 210-97.14.444 • FAX: 210-97.63.222
Α.Φ.Μ. 094497215 • Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ" ΑΘΗΝΩΝ
• ΑΡ. Μ.Α.Ε. 30127/01/Β/97112/01 •
• ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 00345 •

Παναγιώτης Ψυχάρης
Υπεύθυνος Πωλήσεων