

ΠΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αθήνα, 24/04/2012

Σελίδα: 1 από 2

Υπόψη: Κου Β.Α. Γκέρκη
(Τηλ: 213 2045950)

ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις για τις τεχνικές προδιαγραφές στα πλαίσια της διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης για ένα γ-counter

Αξιότιμοι κύριοι,

Αρχικά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη δυνατότητα που μας παρέχετε να συμμετέχουμε στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για το τμήμα ένα «μετρητή γ ακτινοβολίας (γ-counter)» πριν από τη διενέργεια του αντίστοιχου ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού.

Ακολουθούν οι σχετικές μας παρατηρήσεις:

ΟΜΑΔΑ: ΜΕΤΡΗΤΗΣ γ-ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Προδιαγραφή: Αριθμός ανιχνευτών ≥ 10

Δεδομένου του ύψους της προϋπολογισθείσας δαπάνης (45.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ο αριθμός των ανιχνευτών που ζητάτε αυξάνει σημαντικά το κόστος του οργάνου με αποτέλεσμα να περιορίσετε σημαντικά τον ανταγωνισμό.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο αριθμός των ανιχνευτών δεν επηρεάζει την ακρίβεια ή ποιότητα των αποτελεσμάτων, παρά μόνο το ρυθμό εξαγωγής αποτελεσμάτων στη μονάδα του χρόνου. Ακόμα και σε περιπτώσεις μεγάλου φόρτου εργασίας του εργαστηρίου ο ρυθμός εξαγωγής εξετάσεων δε θα επηρεάζεται σημαντικά από τον αριθμό ανιχνευτών, δεδομένου ότι ζητάτε το όργανο να προσφέρεται με αυτόματο δειγματοφορέα.

Συνεπώς προτείνουμε η προδιαγραφή να αλλάξει σε «Αριθμός ανιχνευτών ≥ 5 » ή να αυξηθεί το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης κατά 25%.

ΟΜΑΔΑ: ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προδιαγραφή: Χωρητικότητα δειγματοφορέα: Να αναφερθεί

Η χωρητικότητα του δειγματοφορέα είναι σημαντική για τη ροή εξαγωγής των εξετάσεων και αν είναι περιορισμένη μπορεί να εμποδίσει την παραγωγικότητα του εργαστηρίου. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι η χωρητικότητα του δειγματοφορέα πρέπει να προσδιοριστεί ανάλογα με τις ανάγκες του εργαστηρίου π.χ. «Η χωρητικότητα του δειγματοφορέα να υπερβαίνει τα 500 δείγματα».

Ευχαριστούμε ειλικρινά για τη δυνατότητα που μας δίνετε με την παρούσα διαδικασία διαβούλευσης να συμβάλλουμε στη προσπάθειά σας για καλύτερη διαχείριση της διαδικασίας προμηθειών.

Παρακαλούμε για τις σχετικές σας ενέργειες για τη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πραγματικά δεδομένα που σας αναφέρουμε στην παρούσα επιστολή και παραμένουμε πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση,

Με τιμή,



Για την ANTISEL, Αφοί Α. Σελίδη Α.Ε.
Δήμητρα Σασαρώλη, PhD

ANTISEL ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ Α.Ε.
ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ι.Π. ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ 6, 542 50
ΤΗΛ. 231 0322525 - FAX: 231 0321912
ΑΘΗΝΑ: ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 116, 115 27
ΤΗΛ. 210 779 5980 - FAX: 210 771 6932
ΑΦΜ: 091569759 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
www.antisel.gr