

Προς το
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
« Ο Ευαγγελισμός »

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

30.09.2013

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ
ΘΕΜΑ:«

Κύριοι,

Ενημερωθήκαμε για τις τεχνικές προδιαγραφές για το σύστημα ενδοβρογχικού υπερήχου κι έχουμε να αναφέρουμε τα εξής :

Δεδομένου ότι όλα τα Video-βρογχοσκόπια υπερήχων όλων των κατασκευαστικών οίκων, απαιτούν για την λειτουργία τους Ψηφιακό επεξεργαστή και πηγή ψυχρού φωτισμού, τα οποία πρέπει να είναι του ιδίου οίκου κατασκευής με το Video-βρογχοσκόπιο υπερήχων, θεωρούμε επιβεβλημένο να ζητηθούν και τα είδη αυτά στην βασική σύνθεση, ως προς την διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του Συστήματος Ενδοβρογχικού υπερήχου, αλλά και την **ισοδύναμη αξιολόγηση των προσφορών**.

Στο σημείο αυτό σας θέτουμε υπόψιν ότι ο Video-εκτυπωτής, το Μόνιτορ καθώς και το Trolley μεταφοράς δεν απαιτείται να είναι του ιδίου Οίκου με το video-βρογχοσκόπιο υπερήχων καθόσον είναι παρελκόμενος εξοπλισμός συμβατός με οποιοδήποτε ενδοσκοπικό σύστημα χωρίς τη χρήση συνδετικών και συνεπώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και τα υπάρχοντα στο Πνευμονολογικό σας Τμήμα αντίστοιχα είδη, με οποιοδήποτε σύστημα Ενδοβρογχικού υπερήχου και αν προμηθευτείτε.

Ως εκ τούτου προτείνουμε την απάλειψη της Παραγράφου των Τεχνικών Προδιαγραφών "Παρελκόμενα" και την προσθήκη Τεχνικών Προδιαγραφών για τα είδη Video-επεξεργαστής και Πηγή Ψυχρού Φωτισμού ή τουλάχιστον την απαίτηση των ειδών αυτών σε παράγραφο των Τεχνικών Προδιαγραφών του Video-βρογχοσκοπίου υπερήχων ως ζητούμενα είδη, προς την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την ευρεία συμμετοχή των εταιρειών.

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία ,

Με εκτίμηση

Πάνια Τσοφούρη

Βιοϊατρικός Μηχανικός

tsofour@papapostolou.gr