



H & Γ ZEEPHEΣ & ΣΙΑ ΕΕ
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΚΕΝΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 149 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 41
Τηλ. (210) 4822728 – 4831891 Fax (210) 4823716 Email: info@zeeris.gr



EN ISO 9001:2008
20 100 52001035

EN ISO 13485:2003
TUV-A-MT-1/08/E062

Υ86/Γ.Π.οικ./1348
01310011

Προς

Πειραιάς 05/04/2015

Επωνυμία : **ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ**
Διεύθυνση : Υψηλάντου 45-47
Πόλη : Αθήνα
Τμήμα : Βιοιατρική Τεχνολογία
Τηλέφωνο : Φαξ :
Υπ' όψιν : .

Θέμα : Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών **φιαλών με ενσωματωμένο κλείστρο**

Κυρίες και κύριοι

Συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του παραπάνω αναφερόμενου είδους καταθέτουμε τις παρατηρήσεις μας ως ακολούθως.

1. Προκειμένου η φιάλη να έχει τη δυνατότητα πλήρωσης με οξυγόνο από όλους τους πιστοποιημένους προμηθευτές αερίων ,θα πρέπει να διαθέτει στόμιο πλήρωσης με χαρακτηριστικά κοινού κλείστρου οξυγόνου, δηλαδή θηλυκό, δεξιόστροφο, διαμέτρου 22,91 mm και βήματος 1,814 mm .Το χαρακτηριστικό αυτό εξασφαλίζει ευελιξία στην επιλογή προμηθευτή οξυγόνου και δε δεσμεύει το Νοσοκομείο να απευθύνεται πάντα στον αρχικό προμηθευτή της φιάλης για το γέμισμά της .Η σπουδαιότητα του χαρακτηριστικού φθίνει εάν το Νοσοκομείο σκοπεύει να προβεί στη μίσθωση των φιαλών και όχι στην αγορά τους .
2. Η απαίτηση παροχής πληροφοριών με ηλεκτρονικές ενδείξεις(άρθρα 8,9,10) αυξάνει τη πιθανότητα βλαβών και δυσλειτουργιών και δημιουργεί εξάρτηση από μπαταρίες μειώνοντας τη χρηστικότητα του είδους ενώ παράλληλα περιορίζει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού .

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
Για την H & Γ ZEEPHEΣ & ΣΙΑ ΕΕ

Γεώργιος Κούρτης
Υπεύθυνος Πωλήσεων