

Προς

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

<<Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ>>

ΘΕΜΑ : ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΣ Α

Αξιότιμοι κύριοι ,

Ενημερωθήκαμε για τις τεχνικές προδιαγραφές για τη γεννήτρια κοπής και αιμόστασης τύπου Α και έχουμε να σας προτείνουμε τα παρακάτω :

1) Στα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας τομής και αιμόστασης τύπου Α ζητείται στο Β4. <<Να διαθέτει εξόδους για χρήση μονοπολικών και διπολικών ηλεκτροδίων (Τουλάχιστον 2 μονοπολικών και 2 διπολικών)>>

Προτείνουμε να τροποποιηθεί για να υπάρχει η δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής στο διαγωνισμό ως εξής:

4. Να διαθέτει εξόδους για χρήση μονοπολικών και διπολικών ηλεκτροδίων.	Τουλάχιστον 2 μονοπολικών και 1 διπολικής
--	--

2) Στο Β9. Ζητείται ισχύς μονοπολικής τομής τουλάχιστον 200W/500 Ω.

Προτείνουμε να τροποποιηθεί για να υπάρχει η δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής στο διαγωνισμό ως εξής:

9. Ισχύς μονοπολικής τομής	Τουλάχιστον 200W/300 Ohms
-----------------------------------	----------------------------------

3) Στο Β12. Ζητείται << Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανταπόκρισης στην ωμική αντίσταση του ιστού ελεγχόμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή έτσι ώστε να αποκλείεται η απανθράκωση των ιστών>> & στο Β19 <<Να υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη της συσκευής για τη δημιουργία προγραμμάτων, τα οποία να αποθηκεύονται και ανακτώνται άμεσα ή άλλη μεθοδολογία αναγνώρισης των απαιτούντων

Προτείνουμε την ενσωμάτωση των δύο α/α σε μία ενιαία προδιαγραφή καθώς αναφέρονται στον τρόπο αυτορρύθμισης της λειτουργίας και της εξόδου ισχύος της γεννήτριας ως εξής:

11 Απριλίου 2014

ΑΝ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
Γκιώνας 1Α
Τ.Κ. 144 51 Μεταμόρφωση
Τηλ.: 210 20 20 232
Φαξ : 210 20 20 775
www.coloplast.gr
e-mail: info@coloplast.gr

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
14^ο χλμ. Θεσ/κης- Ν. Μουδανιών
Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Τ.Θ. 60688
Τηλ.: 2310 474 299
Φαξ: 2310 472 155
e-mail: thessaloniki@coloplast.gr

Υποκατάστημα Πάτρας
Αρέθα 89
Τ.Κ. 26443 Πάτρα
Τηλ.: 2610 462070, 2610 435075
Φαξ: 2610 462071
e-mail: patra@coloplast.gr

Υποκατάστημα Λάρισας
Καποδιστρίου 2
Τ.Κ. 41222 Λάρισα
Τηλ.: 2410 672 902
Φαξ: 2410 625 079
e-mail: larisa@coloplast.gr

Υποκατάστημα Κρήτης
Ετεοκρητών & Λυκείου 50
Κορώνη Μαγará
Τ.Κ. 713 05 Ηράκλειο
Τηλ: 2810 280 310
Φαξ: 2810 280 310
e-mail: iraklio@coloplast.gr

12. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ανταπόκρισης στην ωμική αντίσταση του ιστού ελεγχόμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή έτσι ώστε να αποκλείεται η απανθράκωση των ιστών ή με δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης προγραμμάτων στη μνήμη της συσκευής	Ναι
---	------------

4) Στο B15. ζητείται << Να υπάρχουν υποδοχές για τον έλεγχο της εξόδου μέσω ποδοδιακόπτη ειδικής κατασκευής και πολλαπλών λειτουργιών - ΝΑΙ (ο ποδοδιακόπτης να συμπεριλαμβάνεται στη βασική σύνθεση) >>

Προτείνουμε να τροποποιηθεί ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής στο διαγωνισμό ως εξής:

15. Να συμπεριλαμβάνεται στη βασική σύνθεση μονοπολικός και διπολικός ποδοδιακόπτης μονωμένοι σύμφωνα με τα πρότυπα για την ασφαλή λειτουργία τους (σε περίπτωση εισόδου υγρών,κτλ)	Ναι
---	------------

5) Στο B21. ζητείται <<Να διαθέτει ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων με χρήση εργαλείων πολλαπλών χρήσεων >>.

Προτείνουμε να αφαιρεθεί ο όρος (Ναι με χρήση εργαλείων πολλαπλών χρήσεων) καθώς υπάρχουν σηπτικά περιστατικά (ηπατίτιδα , HIV κτλ) που απαιτούν τη χρήση εργαλείων μίας χρήσεως και να τροποποιηθεί ως εξής

21. Να διαθέτει ηλεκτροθερμική συγκόλληση αγγείων που να καλύπτει όλες τις χειρουργικές ειδικότητες του νοσοκομείου (Γενική χειρουργική, Ουρολογία, Θωρακοχειρουργική, Αγγειοχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Ορθοπαιδική, ΩΡΛ, Νευροχειρουργική, Οφθαλμολογική) με πιστοποίηση διεθνή φορέα (FDA)	Ναι
--	------------

2) Επίσης προτείνουμε να προστεθεί σαν προδιαγραφή ο βαθμός απόδοσης ισχύος (PER= POWER EFFICIENCY RATE) ο οποίος προσδιορίζει τις αποκλίσεις που υφίστανται μεταξύ της ισχύος που ορίζει ο χρήστης και της πραγματικής απόδοσης ισχύος πάνω σε ένα μεγάλο εύρος διαφορετικών τύπων ιστών.

Με τον παραπάνω όρο το όφελος που προκύπτει είναι ότι η γεννήτρια μπορεί να λειτουργεί με χαμηλότερες ρυθμίσεις ισχύος ελαχιστοποιώντας διαρροές ρεύματος και πιθανά εγκαύματα με το μέγιστο βαθμό απόδοσης στο χειρουργικό πεδίο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα επιστολή.

ΜΕ ΤΙΜΗ

Για την εταιρία «ΑΝ.ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΓΚΙΩΝΑΣ 1Α, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Τ.Κ. 14451
ΑΦΜ: 082525607 ΔΟΥ Τ.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ : 210 2020732 - FAX: 210 2020775

ΚΛΑΓΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ