



EnaMed

Μ.Ε.Π.Ε



ανακύκλωση
συσκευών α.ε.



ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΑΜΠ 01311

Προς:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
«Γ.Ν.Α Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ bioiatriki2002@yahoo.com

Αθήνα, 20/6/2014

Αφορά ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΛΙΝΗ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ

Κύριοι,

Σχετικά με την ως άνω διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών συνημμένα κι ακολούθως οι προτάσεις μας :

1. & Για την επιφάνεια κατάκλισης:

Καθώς δεν μπορεί να είναι ακτινοδιαπερατή και ταυτόχρονα από προσθαφαιρούμενο πλαστικό υλικό (εκτιμούμε ότι είναι μάλλον λάθος διατύπωση) προτείνουμε την μετατροπή ως εξής:

«Επιφάνεια κατάκλισης διαστάσεων 200X120 εκ.περίπου με ηλεκτρική προέκταση για επιμήκυνση μήκους.Να αναφερθεί. Ακτινοδιαπερατή στο τμήμα πλάτης με εύκολη πρόσβαση για ακτινογραφία θώρακος αλλά και την χρήση σύγχρονων ακτινοσκοπικών μηχανημάτων.

4 τμήματα: πλάτης, λεκάνης, μηρών και ποδιών, κατασκευασμένα από προσθαφαιρούμενο ανθεκτικό υλικό για όλα τα τμήματα της επιφάνειας για τον εύκολο καθαρισμό και απολύμανση»

2. & Πλάγια κλίση. Η ρύθμιση άνω των 15 μοιρών ακόμη και μέχρι 30 μοίρες βοηθά πέρα από την ρουτίνα νοσηλείας (δεν καταπονείται ο νοσηλευτής κατά τη περιστροφή του ασθενή αριστερά –δεξιά κτλ) ,βοηθά και στην ιατρική αποκατάσταση. Προτείνουμε από 15 να τροποποιηθεί σε 20 τουλάχιστον μοίρες :

«ΝΑΙ : τουλάχιστον 20 μοιρών αριστερά-δεξιά και να μπορεί να επιτυγχάνεται με το κρεβάτι ή το στρώμα»

Στη διάθεσή σας,

με εκτίμηση

Για την EnaMed μονοπρόσωπη ΕΠΕ

Δήμητρα Θεοδώρου

Βιοιατρικός μηχανικός

Νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρείας.

EnaMed Μ/πη ΕΠΕ

www.enamed.gr

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 166α και ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 2

15126 ΜΑΡΟΥΣΙ- ΑΘΗΝΑ

email: info@enamed.gr

ΤΗΛ +30 2108022150 & 2107279084

FAX:+30 2108022152

& 210 7279200