

ΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙ
193 00 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.: 210 55 82 770
Fax 210 67 20 444

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

"ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

Υψηλάντου 45-47
10676 ΑΘΗΝΑ

Γραφείο Προμηθειών

E369/ΜΔ

Ασπρόπυργος, 19 Ιουνίου 2014

Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων.

Κύριοι,

Σε συνέχεια της από 13/06/2014 ανάρτησης της Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων, στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας σας αποστέλλεται η παρούσα επιστολή όπου έχουμε παραθέσει τις διορθώσεις / σχόλια / παρατηρήσεις μας.

Αναφορικά με τους όρους:

- **3.2 ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, τελευταία παράγραφος, σελίδα 6 των προδιαγραφών,** έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Οι φιάλες Οξυγόνου (ιδιοκτησίας του προμηθευτή):

- 5lit. θα είναι από ελαφρύ κράμα αλουμινίου (συμβατό σε περιβάλλον MRI), θα διαθέτουν βιδωτό κλείστρο με ενσωματωμένο ρυθμιστή ροής, έξοδο ροής για ρινικό καθετήρα και μάσκα, ταχυσύνδεσμο για αναπνευστήρα, ψηφιακό μετρητή με οθόνη LCD για συνεχή ένδειξη της υπολειπόμενης ποσότητας και του χρόνου αυτονομίας σε σχέση με τη ρυθμισμένη ροή με ηχητικό αλαρμ ειδοποίησης χαμηλής στάθμης-αυτονομίας, προστατευτικό κάλυμμα ενσωματωμένου κλείστρου με ειδική διάταξη στερέωσης της φιάλης σε κρεβάτι νοσηλείας, και θα πληρούν όλες τις απαιτήσεις και σημάνσεις ποιότητας της Ελληνικής νομοθεσίας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 97/23/EK, 99/36/EK, 93/42/EOK.

- **3.6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, σελίδα 8 των προδιαγραφών, έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:**

Στην περίπτωση που το Νοσοκομείο εξυπηρετείται ήδη και με χορηγηθέντες φιάλες, θα πρέπει να υποδεικνύεται ο αριθμός αυτών ανά προϊόν και ανά χωρητικότητα, ως ακολούθως:

ΕΙΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ
ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 3 L/200 bar	
ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 5 L/200 bar	
ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 7 L/200 bar	
ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 10 L/200 bar	
ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 20 L/200 bar	
ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 40 L/200 bar	
ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 50 L/200 bar	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΖΩΤΟ 5 L/200 bar	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΖΩΤΟ 10 L/200 bar	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΖΩΤΟ 20 L/200 bar	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΖΩΤΟ 50 L /200 bar	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 1kg	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 2KG	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 5KG	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 7.5KG	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 15KG	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 20KG	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 35KG	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΘ. ΑΕΡΑΣ 5 L/200 bar	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΘ. ΑΕΡΑΣ 10 L/200 bar	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΘ. ΑΕΡΑΣ 20 L/200 bar	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡ. ΣΥΝΘ. ΑΕΡΑΣ 40 L/200 bar	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡ.ΣΥΝΘ.ΑΕΡΑΣ 50 L/200 bar	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 2KG	

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 3KG	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 5KG	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 6KG	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 7,5KG	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 10KG	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 15 KG	
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 35 KG	

Παραμένοντας στην διάθεση σας για ενδεχόμενες διευκρινίσεις, **ευελπιστούμε η παρούσα προσπάθεια επικαιροποίησης των τεχνικών προδιαγραφών από την εταιρεία μας να ληφθεί σοβαρά υπόψη ώστε να διασφαλιστεί τόσο η ασφαλής και ανταγωνιστική τροφοδοσία του Νοσοκομείου με Ιατρικά Αέρια.**

Με εκτίμηση για την "Air Liquide Hellas A.E.B.A.",



Μ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

