



ΕΔΡΑ: ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 70, Τ.Κ. 153 43, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ • ΤΗΛ./FAX : 210 7785064, 210 7791042
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ 1, Τ.Κ. 546 55 • ΤΗΛ: 2310 428671, FAX : 2310 428672
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: ΜΟΝΗΣ ΑΡΕΤΙΟΥ 32, Τ.Κ. 71 306 • ΤΗΛ: 2810 213906, FAX : 2810 214180
E-mail: admin@medic-plan.com <http://www.medic-plan.com>

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28/01/2013
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 40912

ΠΡΟΣ:
1^η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"

ΑΦΟΡΑ: Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για 'Χειρουργική Τράπεζα Γενικής Χρήσης με Αποσπώμενες Επιφάνειες'

Κύριοι,

Η εταιρία μας αναλαμβάνει και πραγματοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού, εγκατάστασης Κεντρικής Αποστείρωσης, Χειρουργείων και Εξοπλισμού Νοσηλευτικών Κλινικών. Έχει προμηθεύσει και εγκαταστήσει επιτυχώς όλα τα είδη που της έχουν ανατεθεί από Δημόσιους Διαγωνισμούς, Ιδιωτικά Ιδρύματα κλπ.

Αναφερόμενοι στη Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών Εξοπλισμού για τις ανάγκες των Νοσοκομείων της 1^{ης} Υ.Πε. για το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ευαγγελισμός», και συγκεκριμένα για το είδος «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ», σας υποβάλλουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις μας προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τις αρμόδιες επιτροπές για την σύναψη των τελικών προδιαγραφών και την ενσωμάτωσή τους σε διακήρυξη για την προμήθεια του είδους.

Συγκεκριμένα:

Στο εδάφιο ‘Κινήσεις Χειρουργικής Τράπεζας’

Προτείνεται:

- i) Η τροποποίηση του εύρους της Ρύθμισης Trendelenburg το οποίο πραγματοποιείται μέσω της κολώνας, από: 45° τουλάχιστον σε 50° τουλάχιστον.
- ii) Στις χειροκίνητες κινήσεις να προστεθεί και η κίνηση του άνω τμήματος πλάτης σε σχέση με το κάτω τμήμα πλάτης.

ώστε να καλύπτονται τοποθετήσεις του ασθενή οι οποίες να ικανοποιούν ακόμα και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις (όπως *Vertical Gravity Assisted Operations – Video – Assisted thoracoscopic surgery in prone position*) και επιπρόσθετα όλες οι εταιρείες να προσφέρουν το κορυφαίο είδος κάθε κατασκευαστικού οίκου όπως ορίζεται και στο εδάφιο **‘Τεχνικά’** των εν λόγω τεχνικών προδιαγραφών.

Στο εδάφιο ‘Εξαρτήματα προς επιλογή’:

Προτείνεται, η ύπαρξη δυνατότητας στο χειρουργικό τραπέζι για ενεργή συνεργασία με δυο από τις εταιρείες κατασκευής αγγειογράφων (Philips, GE, Siemens, Toshiba) για επεμβάσεις αγγειοχειρουργικής, να περιοριστεί μόνο στις αγγειοχειρουργικές αίθουσες και όχι στο σύνολο των χειρουργικών αιθουσών, εξασφαλίζοντας χαμηλότερο κόστος προμήθειας και μεγαλύτερη ευρύτητα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Ανακεφαλαιώνοντας και με τη βεβαιότητα ότι θα συνεκτιμηθούν όσα αναγράφονται παραπάνω, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Μετά τιμής,

Για την **MEDIC PLAN Ε.Π.Ε**

ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
Μηχ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Τμήμα Πωλήσεων