



**kousoulos
theodorou**

ΠΡΟΣ: ΝΟΣ/ΜΕΙΟ «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΤΜΗΜΑ: BIT
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

29-01-2013

Αξιότιμοι κύριοι

Η εταιρία μας «ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΟΕ» είναι μεταξύ άλλων ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου εξοπλισμού αποστείρωσης CISA. Διαθέτουμε τον δεύτερο σε μέγεθος εγκατεστημένο στόλο μηχανημάτων κεντρικής αποστείρωσης στην Ελλάδα.

Προκειμένου να μπορέσουμε να συμμετάσχουμε ισότιμα σε μελλοντικό διαγωνισμό του νοσοκομείου σας σχετικά με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σας παραθέτουμε τις κάτωθι επισημάνσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών που αναρτήσατε προς διαβούλευση.

ΕΙΔΟΣ: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΛΥΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

1. Στην ενότητα «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» αναφέρετε: «**Να διαθέτει δύο (2) θύρες αυτόματης λειτουργίας, συρόμενες (ολισθαίνουσες καθέτως),...**».
Προτείνουμε το εξής: «Να διαθέτει δύο (2) θύρες αυτόματης λειτουργίας, συρόμενες (ολισθαίνουσες καθέτως) ή ανοιγόμενες ώστε να χρησιμεύουν και ως πλατφόρμα φόρτωσης».
2. Στην ενότητα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» αναφέρετε: «**Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με πλήκτρα αφής, ενδεικτικές λυχνίες και ψηφιακή έγχρωμη οθόνη,...**».
Προτείνουμε το εξής: «Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με πλήκτρα αφής, ενδεικτικές λυχνίες και ψηφιακή έγχρωμη (κατά προτίμηση) οθόνη».
3. Στην ενότητα «ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» αναφέρετε: «**Να φέρει θύρα RS 232 και θύρα USB...**».
Προτείνουμε το εξής: «Να φέρει θύρα RS232 ή θύρα USB».
4. Στην ενότητα «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» αναφέρετε: «**Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485...**».
Προτείνουμε το εξής: «Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 ή ISO 13485».

ΕΙΔΟΣ: ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΛΥΣΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ

5. Στην ενότητα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» αναφέρετε: «**Τουλάχιστον δέκα (10) προγράμματα να είναι προεγκατεστημένα...**».
Προτείνουμε το εξής: «Δέκα (10) προγράμματα περίπου να είναι προεγκατεστημένα».
6. Στην ενότητα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» αναφέρετε: «**Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα στεγνώματος με αέρα μέσω διπλής διάταξης ανεμιστήρα, συνολικής ικανότητας 2x500m³/h περίπου...**».
Προτείνουμε το εξής: «Να φέρει ενσωματωμένο σύστημα στεγνώματος με αέρα μέσω ανεμιστήρα, συνολικής ικανότητας 1000m³/h περίπου...».



**kousoulos
theodorou**

7. Στην ενότητα «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ» αναφέρετε: «**Ο θάλαμος να διαθέτει σύστημα για ανύψωση του πυθμένα...**».
Προτείνουμε το εξής: «Ο θάλαμος να διαθέτει κατά προτίμηση σύστημα για ανύψωση του πυθμένα (ή άλλο σύστημα με όμοιο αποτέλεσμα)...».
8. Στην ενότητα «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» αναφέρετε: «**Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 13485...**».
Προτείνουμε το εξής: «Ο κατασκευαστικός οίκος να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 ή ISO 13485».

ΕΙΔΟΣ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

9. Στην ενότητα «ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ» αναφέρετε: «**Επεμβάσεις αγγειοχειρουργικής να υπάρχει δυνατότητα ενεργής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο από τις εταιρείες κατασκευής αγγειογράφων (Philips, GE, Siemens, Toshiba)**».
Προτείνουμε το εξής: «Επεμβάσεις αγγειοχειρουργικής να υπάρχει δυνατότητα ενεργής συνεργασίας με τουλάχιστον μία από τις εταιρείες κατασκευής αγγειογράφων (Philips, GE, Siemens, Toshiba)».

Με εκτίμηση
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ