



Προς
1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ –
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
bioiatriki2002@yahoo.com

Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/279

Αθήνα, 05 Μαΐου 2015

Θέμα: Σχόλια επί της διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (Ινοσκόπιο διασωλήνωσης της τραχείας).

Αξιότιμοι κύριοι,

Αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αναρτήθηκαν στη σχετική ιστοσελίδα του Νοσοκομείου σας για την προμήθεια **Ινοσκόπιο διασωλήνωσης της τραχείας**, ακολουθούν σχόλια της εταιρείας μας.

Σχετικά με την ανωτέρω δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια Ινοσκοπίου Διασωλήνωσης της Τραχείας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι κάτωθι προδιαγραφές και δυνατότητες αφορούν ενδοσκόπια παλαιότερης τεχνολογίας οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται πλέον. Η χρήση δε συστήματος φωτογράφισης μέσω της χρήσης φωτογραφικής μηχανής η οποία συνδέεται στο ινοσκόπιο, έχει πλέον καταργηθεί.

2	Δυνατότητα σύνδεσης του ενδοσκοπίου με βίντεο-κάμερα
3	Δυνατότητα σύνδεσης του ενδοσκοπίου με σύστημα φωτογράφισης

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω προδιαγραφές θα πρέπει να αφαιρεθούν, άλλως τροποποιηθούν ώστε να ανταποκρίνονται σε συστήματα νεότερης τεχνολογίας και να καλύπτουν την χρήση για την οποία προορίζεται το υπό προμήθεια είδος.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Η. Κεσκινίδης
Product Specialist
OLYMPUS G&R Division

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
& ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:
Ιουλιανού 2, Μεταμόρφωση,
144 51 Αθήνα
Τηλ: 210-2806200
Fax: 210-2806210
e-mail: admin@protoncy.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Δημ.Στρογγύλη 21, Αγ.Ιωάννης
551 33 Καλαμαριά, Θεσ/κη
Τηλ:2310-452936,2310-452998
Fax: 2310452893
e-mail: admin@protoncy.gr

