

ΠΡΟΣ: Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Δ/ση τεχνικών υπηρεσιών / Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Αποστολή: bioiatriki2002@yahoo.com

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012
Αριθ. Πρωτοκ. 1287/2607012

Αξιότιμοι κύριοι,

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης **Τεχνικών Προδιαγραφών για ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ για τις ανάγκες του ΚΕΘ** σας αποστέλλουμε κείμενο με τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας με σκοπό την τελική διαμόρφωση των εν λόγω προδιαγραφών.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της Draeger Hellas A.E.



Πασχάλης Καριώτης

Draeger Hellas S.A.
5, Kapodistriou Str.
144 52 Metamorphosi
Greece

Tel + 30 210 28 21 809
Fax + 30 210 28 21 214
Mobile + 30 698 10 52 396
paschalis.kariotis@draeger.com

Draeger Hellas A.E

Καποδιστρίου 5,
ΤΚ 144 52 , Μεταμόρφωση
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

5, Kapodistriou Str.
144 52, Metamorphosi
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com



Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3. Χρόνος πλήρους φόρτισης μπαταριών από το δίκτυο	±3 ώρες Περίπου 5 ώρες
Δ. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	
2. Συχνότητα αναπνοών	έως 60 bpm έως 50 bpm τουλάχιστον
4. Χρόνος εισπνοής	0.1-3.0 sec 0.2-3.0 sec τουλάχιστον

Αιτιολόγηση: Οι παραπάνω αντιρρήσεις μας (κόκκινοι χαρακτήρες) και οι προτεινόμενες αναδιατυπώσεις (χαρακτήρες με πράσινο χρώμα) των τριών προδιαγραφών δεν μειώνουν την κλινική αποτελεσματικότητα και τις διαδικασίες χρήσης στην πράξη του φορητού αναπνευστήρα. Δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία των φορητών αναπνευστήρων της Draeger, οι οποίοι διεθνώς αναγνωρίζονται ανάμεσα στους κορυφαίους φορητούς αναπνευστήρες.

Πρόταση Πρόσθετων Προδιαγραφών

Εφόσον, ο φορητός αναπνευστήρας απαιτείται, όπως αναφέρεται στο εδάφιο των Προδιαγραφών, "...να ικανοποιεί τις απαιτήσεις οποιασδήποτε ανάγκης μεταφορά εντός ή εκτός νοσοκομείου", προτείνουμε και τις εξής, πρόσθετες προδιαγραφές:

- 1) Να πληροί βάσει επίσημων πιστοποιητικών, τις κάτωθι απαιτήσεις:
 - Υψηλή μηχανική αντοχή σε κραδασμούς και κρούσεις.
 - Λειτουργία σε περιβάλλον σχετικής υγρασίας έως 95% και θερμοκρασίας τουλάχιστον από -10°C έως 45°C.
 - Να είναι πιστοποιημένα κατάλληλος τόσο για ενδοноσοκομειακή χρήση, όσο για διακομιδές με ασθενοφόρο καθώς επίσης και αεροδιακομιδές (αεροπλάνο και ελικόπτερο).

(**Αιτιολόγηση** : Με την προδιαγραφή αυτή υποστηρίζεται η τυπική αλλά και ουσιαστική κάλυψη του νοσοκομείου σας με ιδανικό και αναμφισβήτητο τρόπο, πάντοτε με παράλληλο όφελος του ασθενούς)

- 2) Να έχει τη δυνατότητα να δέχεται και κυκλώματα ασθενούς μίας χρήσης με βαλβίδα εκπνοής.

(**Αιτιολόγηση** : προς διασφάλιση αποφυγής διασποράς άκρως επικίνδυνων μολυσματικών στελεχών)

Draeger Hellas A.E

Καποδιστρίου 5,
TK 144 52 , Μεταμόρφωση
Ελλάδα
Τηλ : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com

Draeger Hellas S.A

5, Kapodistriou Str.
144 52, Metamorphosi
Greece
Tel : +30 210 2821809
Fax : +30 210 2821214

www.draeger.com