



ΑΠ. Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



Προς

Θεσσαλονίκη, 14-04-2014

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ**

Τμήμα: Τεχνική Υπηρεσία

e-mail: bioiatriki2002@yahoo.com

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να καταθέσουμε τις παρατηρήσεις μας στη διαβούλευση του Νοσοκομείου σας με ημερομηνία ανάρτησης 07-04-2014 για το είδος:

MONITOR ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Πιο συγκεκριμένα:

1. Αναφορικά με τη προδιαγραφή 12 (Μόνιτορ) «Έγχρωμη οθόνη TFT (medical).NAI > 12 ιντσών touch screen, υψηλής ανάλυσης και αντίθεσης. Να δοθούν αναλυτικά τεχνικά στοιχεία της οθόνης»

Εφόσον το συγκεκριμένο μόνιτορ θα είναι μόνιτορ μεταφοράς ασθενών, η ύπαρξη τόσο μεγάλου μεγέθους οθόνης δεν κρίνεται απαραίτητη, που ενδεχομένως αυξάνει και το βάρος του συγκεκριμένου μόνιτορ. Ένα μόνιτορ μεταφοράς πρέπει να είναι μικρού όγκου και βάρους, εργονομικό και να φέρει οθόνη διαστάσεων που να καλύπτει το σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Για το παραπάνω λόγο καθώς και για την άρτια και απρόσκοπτη συμμετοχή μας στον μελλοντικό διαγωνισμό επιθυμούμε η παραπάνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «Έγχρωμη οθόνη TFT (medical).NAI > 10 ιντσών touch screen, υψηλής ανάλυσης και αντίθεσης. Να δοθούν αναλυτικά τεχνικά στοιχεία της οθόνης»

2. Αναφορικά με τη προδιαγραφή 15 (Μόνιτορ) «Δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων, συναγερμών και αρρυθμιών όλων των τύπων. Για τις τελευταίες 72 ώρες τουλάχιστον. Μεγαλύτερος χρόνος θα εκτιμηθεί».

Η μνήμη των 72 ωρών κρίνεται όχι απαραίτητα και αναγκαία για ένα μόνιτορ μεταφοράς ασθενών. Πρωταρχικός σκοπός ενός μόνιτορ μεταφοράς ασθενούς είναι η αξιόπιστη και ακριβής παρακολούθηση των ζωτικών παραμέτρων του υπό παρακολούθηση ασθενούς τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της επείγουσας ή μή μεταφοράς του. Εφόσον όμως κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη trends θεωρούμε ότι η παρακολούθηση του ασθενούς επιτυγχάνεται και με 24ωρη μνήμη trend όλων των παρακολουθούμενων παραμέτρων χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας σημαντικών κλινικών πληροφοριών των ασθενών. Για το παραπάνω λόγο καθώς και για την άρτια και απρόσκοπτη συμμετοχή μας στον μελλοντικό διαγωνισμό επιθυμούμε η παραπάνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «Δυνατότητα αποθήκευσης επεισοδίων, συναγερμών και αρρυθμιών όλων των τύπων. Για τις τελευταίες 24 ώρες τουλάχιστον. Μεγαλύτερος χρόνος θα εκτιμηθεί».

ΚΕΝΤΡΙΚΟ :

Παν. Δεξιός 3

546 35 Θεσσαλονίκη

Τηλ.: 2310 245.421

Fax: 2310 245.011

M.A.E.: 37204/62/B/96/290

A.Φ.Μ.: 094512503

Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης

e-mail: papoudis@papoudis.gr

www.papoudis.gr

ΥΠΟΚ/ΜΑ :

Καπ. Χρονά 17-19

115 25 Αθήνα

Τηλ.: 210 67.29.444

Fax: 210 67.74.693



3. Αναφορικά με τη προδιαγραφή 31 (Βαθμίδα Αναίμακτου Πίεσης) «Δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Μέτρηση έως και 8 ώρες.»

Η μέτρηση της πίεσης για μέχρι και 8 ώρες κρίνεται όχι απαραίτητα και αναγκαία για ένα μόνιτορ μεταφοράς ασθενών. Θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια μεταφοράς του ασθενούς η μέτρηση της πίεσης γίνεται αν όχι συνεχόμενα τουλάχιστον σε μικρότερα χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τη κλινική κατάσταση του ασθενούς. Για τους παραπάνω λόγους καθώς και για την άρτια και απρόσκοπτη συμμετοχή μας στον μελλοντικό διαγωνισμό επιθυμούμε η παραπάνω προδιαγραφή να τροποποιηθεί ως εξής: «Δυνατότητα χειροκίνητης και αυτόματης εκκίνησης της μέτρησης σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Μέτρηση έως 2 ώρες τουλάχιστο.»

Πρόθυμοι για την παροχή κάθε άλλης πληροφορίας, διατελούμε,

Μετά Τιμής
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΠΑΠΟΥΔΗΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.

Γεώργιος Παπούδης
Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος