



Αθήνα, 26/03/2012

Προς: **ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ**
“Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

Υπόψη: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Κου Γκέργκη

e-mail: bioiatriki2002@yahoo.com

Θέμα: **ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»**

Αγαπητοί κύριοι,

Σχετικά με τη διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού έχουμε να υποβάλλουμε τις κάτωθι παρατηρήσεις:

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ – ΧΗΜΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ 59: Υπάρχουν στο εμπόριο πολλά υποκατάστατα ξυλόλης που είναι μείγματα αλειφατικών υδρογονανθράκων, άοσμα και πολύ λιγότερο τοξικά από την ξυλόλη. Μπορεί να ζητηθεί ως «υποκατάστατο ξυλόλης άοσμο», χωρίς να προσδιορίζεται συγκεκριμένα η σύσταση, ώστε να μην καθορίζεται ένα συγκεκριμένο προϊόν και αποκλείονται αντίστοιχα προϊόντα άλλων εταιρειών.

ΕΙΔΟΣ 60: Είναι λάθος (αδόκιμη) η διατύπωση. Μπορεί να ζητηθεί ως «υποκατάστατο αιθυλικής αλκοόλης» για χρήση στην αφυδάτωση – ενυδάτωση των ιστών, χωρίς άλλους πλεονασμούς, ώστε να μην προσδιορίζεται ένα συγκεκριμένο προϊόν και αποκλείονται αντίστοιχα προϊόντα άλλων εταιρειών.



ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ - ΝΕΦΡΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΙΔΟΣ 144: Μπορεί να ζητηθεί ως «**υποκατάστατο ξυλόλης άοσμο**», χωρίς παραπέρα προσδιορισμό, ώστε να μην καθορίζεται ένα συγκεκριμένο προϊόν και αποκλείονται αντίστοιχα προϊόντα άλλων εταιρειών.

ΕΙΔΟΣ 145: Μπορεί να ζητηθεί ως «**υποκατάστατο αιθυλικής αλκοόλης**» για χρήση στην αφυδάτωση – ενυδάτωση των ιστών, χωρίς άλλους πλεονασμούς, ώστε να μην προσδιορίζεται ένα συγκεκριμένο προϊόν και αποκλείονται αντίστοιχα προϊόντα άλλων εταιρειών.

Με εκτίμηση,
Α. ΔΕΡΒΟΣ – Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Τσουλούφης Θεόδωρος Ph.D.
Υπεύθυνος Πωλήσεων Παθολογικής Ανατομικής