

ΠΡΟΣ:

**Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» –
Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική**

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τηλ. 213 2045950

e-mail: bioiatriki2002@yahoo.com

Όνομα

Χρυσούλης Παναγιώτης

Αναφορά
Τμήμα

PC/PM
Τομέας Υγείας

Τηλέφωνο
Αρ. Fax
E-Mail

210-6864374
210-6864426
panagiotis.chryssoulis@siemens.com

Ημερομηνία

30/09/2013

**ΘΕΜΑ: Υποβολή Προτάσεων – Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών
Προδιαγραφών Συστήματος Τομογραφίας Εκπομπής Ποζιτρονίων με
ενσωματωμένο Σύστημα Υπολογιστικής Τομογραφίας PET/CT**

Κύριοι

Στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης επί των Τεχνικών Προδιαγραφών Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση **PET/CT** για το «Γ.Ν.Α. Ο Ευαγγελισμός – Οφθαλμιατρείο Αθηνών - Πολυκλινική», σας παραθέτουμε ως ακολούθως τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά μας:

(1) Ενότητα: Εξεταστική Τράπεζα

Ζητείται:

«Μέγιστο μήκος σάρωσης, cm

≥160 τόσο για εξετάσεις CT όσο και PET»

Το μέγιστο μήκος σάρωσης για το CT και PET, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια PET/CT εξέταση. Υψηλές τιμές του μήκους αυτού επιτρέπουν στον χειριστή να σαρώσει μεγαλύτερο μέρος του ασθενούς στον διαμήκη άξονα και με αυτόν τον τρόπο, να γίνει ακριβέστερα ο προγραμματισμός της υπόλοιπης εξέτασης του ασθενούς (ανατομικές περιοχές για το CT και χωρισμός των εδαφίων του PET).

Παράλληλα, μεγάλο μήκος σάρωσης ελαχιστοποιεί και την πιθανότητα διπλής σάρωσης του ασθενούς κατά την διάρκεια του προγραμματισμού της εξέτασης.

Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, και για την ισοδύναμη σύνθεση όλων των προσφερόμενων μοντέλων, η εταιρεία μας προτείνει όπως επαναδιατυπωθεί:

«Μέγιστο μήκος σάρωσης, cm

≥180 τόσο για εξετάσεις CT όσο και PET»

Σελ. 1 από 2

Παρακαλούμε όπως λάβετε σοβαρά τα παραπάνω σχόλια της εταιρίας μας, αναμένοντας τη θετική ανταπόκρισή σας.

Στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση

Για την εταιρία SIEMENS

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Chrysouli', with a horizontal line drawn underneath.

Π. Χρυσούλης